

Pytania i odpowiedzi

dotyczy: Dostawa mebli i urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Nr sprawy: ZP/54/2020.

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania koziółek rehabilitacyjny o regulacji wysokości 500- 700 mm oraz średnicy podstawy: 600 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wagę lekarską o poniższych parametrach: Waga elektroniczna ze wzrostomierzem. Elektroniczna o budowie kolumnowej z teleskopowym i obracanym w osi pionowej wzrostomierzem. Pomiar ciężaru w przedziale od 10g do 150 kg , pomiar wzrostu w zakresie od 100 do 200 cm. Waga, wyposażona w umieszczoną na kolumnie głowicę wagową z przyciskami funkcyjnymi i podświetlanym wyświetlaczem LCD. Podstawa wyposażona w 4 podgumowane stopki umożliwiające poziomowanie. Dokładność odczytu [g]: 20/50 g. Zakres tary: -150 kg. Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator. Czas pracy na akumulatorach: 8 godzin (średni czas). Interfejs: RS232. Legalizacja - w III klasie dokładności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 w parametrach +/- 10 cm odstępstw od podanych wymiarów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 – MEBLE MEDYCZNE

Poz.35 – MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY BABELKOWY

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac o wymiarach 195x90x6,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 25 – WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

1. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezyjologicznego wyposażonego w koła o średnicy 125 mm. Parametr ten nieznacznie również się od zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o określenie czy wózek ma posiadać hamulce przy dwóch kołach ?

Odpowiedź: Tak

3. Prosimy o dopuszczenie wózka o wysokości całkowitej (bez wyposażenia dodatkowego) równej 1000 mm. Powyższe rozwiązanie jest optymalne przy zastosowaniu podanej przez Zamawiającego ilości szuflad zachowując ich praktyczną powierzchnię użytkową. Ponadto wysokości ta jest zdecydowanie bardziej ergonomiczna podczas pracy na stojąco.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezyjologicznego o głębokości 55 cm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie korzystnie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezyjologicznego o szerokości 65 cm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie korzystnie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezyjologicznego wyposażanego w 5 szuflad o wysokości frontów:

- 2x szuflada o wysokości: 97mm
- 1x szuflada o wysokości: 156mm
- 2x szuflada o wysokości: 2x175mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2

1. W związku z dostawą aparatu do Real-Time PCR 2 szt. prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną aparatu do Real-Time PCR 2 szt. z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia podemonstracyjne, odnowione fabrycznie, z pełną gwarancją i wsparciem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenia przeznaczone do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadające znak CE, ale nie będące wyrobami medycznymi wg zapisów z Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające klasyfikacji ochrony przed prądem lub porażeniem, ochrony przed wilgocią oraz II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.