



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 21.09.2020 r.

ZP/ 52 /2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pytanie do pakietu 6:

Czy Zamawiający dopuści koszulki naczyniowe o następujących parametrach

: - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11

- długość 5,5; 11; 23 cm

- dostępne z miniprowadnikiem lub bez

- mini-guidewire - 45cm

- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,

- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką,

- silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca,

- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,

- duża odporność na zagięcie,

- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania koszulki naczyniowe o powyższych parametrach. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – Parametry techniczne stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów SWIZ – pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu w ilości 2 szt. dla pakietu nr 1 tj. kleszczyki do usuwania ciał obcych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu.

Zamawiający wobec powyższego wykreśla obowiązek utworzenia depozytu dla pakietu 1

- w pkt III SIWZ, ustępie 1;
- w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty, ust. 7;



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”



we wzorze umowy, w § 1 ust. 6, w § 7 ust. 5 tiret 2 oraz w zał. nr 4 do wzoru Umowy - Wykaz sprzętu niezbędny do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki”.

Zmodyfikowany załącznik nr 1,2,3 i 6 do SIWZ - stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznik 6 do siwz

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §2 o ustęp: „Każda ze stron dołoży wszelkiej Staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.”

Odpowiedź:

Zamawiający rozszerza zapisy §2 o ustęp: „Każda ze stron dołoży wszelkiej Staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności”.

Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznik 6 do siwz

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §2 ust. 4: „Powierzony towar musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą oraz uszkodzeniem zgodnie z przyjętymi zasadami u Zamawiającego, na jego koszt. Za wyrób uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisów umowy w zaproponowany sposób.

Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i dokonaną zmianą SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 25.09.2020 r.

pkt XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – ustęp 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- 1. Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2020r. o godz. 10:00**
- 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji, pok. 246 Szpitala (parter, budynek A-3). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Dziękujemy za złożone zapytania.**

