

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, znak sprawy: ZP/81/2020.

Dot. Aparat do znieczulania 1 szt. – załącznik nr 1

Ad Wymagania ogólne pkt 8

Czy Zamawiający dopuści aparat, który może pracować w warunkach otoczenia gdzie wilgotność względna powinna wynosić od 20 do 95% (bez kondensacji)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

Ad Wymagania ogólne pkt 9

Prosimy o wykreślenie wymagania. Norma PN EN 12469:2000 dotyczy biotechnologii, a w szczególności normalizuje minimalne kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej, stosowanych w pracy z mikroorganizmami i specyficznymi testami, których spełnienie zapewnia pełne bezpieczeństwo z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń ze strony mikroorganizmów dla pracowników i środowiska oraz możliwości zakażeń krzyżowych. Wymieniona norma w żaden sposób nie odnosi się do urządzeń typu: aparat do znieczulania ogólnego, respirator czy monitor pacjenta. W związku z tym prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ (omylka pisarska)

Ad Regulacje pkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją ciśnienia wdechowego w zakresie od 7 do 80 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

Ad Prezentacje pkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją krzywych bez prezentacji minitrendów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

Ad Prezentacje pkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji trendów graficznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

Ad. pkt 27 i 28

Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru gazów anestetycznych w monitorze? Takie pomiary są wymagane w aparacie do znieczulania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

Dot. załącznik nr 5 - wzór umowy

Ad. § 4.2

Czy Zamawiający obniży kary umowne do 0,2% za opóźnienia w dostawie oraz za opóźnienia w usunięciu zgłoszonych usterek i wykonania napraw, i zmodyfikuje zapisy wzoru umowy na:

” 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy brutto:

- za opóźnienie w dostawie i instalacji przedmiotu umowy w wysokości **0,2 %** wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych usterek i wykonania napraw w wysokości **0,2 %** wartości dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 2 ust. 5 umowy,
- za opóźnienie w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 5 - Aparat USG z 2 sondami Liniowymi dla Pracowni USG i Biopsji Tarczycy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

1. Tabela - I. Wymagania Ogólne – pkt. nr 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada ochronę sond przed wilgocią zgodną z normą IPX7?

Oferowany parametr nie wpływa na obniżenie właściwości diagnostycznych urządzenia, a pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

2. Tabela - Sondy – pkt. nr 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada sondę Liniową o parametrach przewyższających wymagane, ale o regulacji uchyłności Dopplera Kolorowego w zakresie +/-20 stopni?

Oferowany zakres uchyłności tylko nieznacznie odbiega od wymaganych +/-25 stopni i nie wpływa na obniżenie właściwości diagnostycznych urządzenia zwłaszcza, że system przeznaczony jest do badania tarczycy, gdzie w zasadzie nie stosuje się uchyłania pola Dopplera, które ma wyłącznie zastosowanie przy specjalistycznych badaniach naczyniowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ