

**Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.**

**Nr postępowania: ZP/81/2020**

**Dotyczy części nr 2 i 7**

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 (potwierdzenie spełnienia normy wydane przez notyfikowane laboratorium np. TUV)?

**Odpowiedź** : Zamawiający wyraża zgodę.