



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 19.03.2021r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

ZP/ 82 /2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j.), informuje o unieważnieniu w niniejszym postępowaniu w części dotyczącej **Pakietu 2**.

Zamawiający unieważnia postępowanie w **Pakiecie Nr 2**, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający w dniu 30.12.2020r. udzielając odpowiedzi na zapytania Wykonawców niedokładnie sprecyzował swoje oczekiwania wobec dostawy masek. Winny być one jasne, jednoznaczne, niesprzeczne z innymi postanowieniami SIWZ i innymi odpowiedziami na pytania Wykonawców – Wykonawca składając ofertę musi mieć pewność co do oczekiwań Zamawiającego. W przypadku udzielonych odpowiedzi na zapytania w zakresie Pakietu Nr 2 udzielone wyjaśnienia nie wskazują rzeczywistej woli Zamawiającego. Zamawiający określając wymagania przez zapis „FFP2 lub FFP3-Medyczna półmaska filtrująca..... Norma EN 149:2001 + A1:2009” nie określił normy odnoszącej się do wyrobów medycznych, którą ma spełniać wymagana medyczna półmaska filtrująca.

Opis przedmiotu zamówienia oraz udzielone odpowiedzi nie mogą wprowadzać w błąd Wykonawców, winny w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości opisywać przedmiot zamówienia. W związku z tym, że na tym etapie postępowania nie może już zostać powtórzona czynność przygotowania poprawnego opisu przedmiotu zamówienia oraz udzielenia odpowiedzi, wada ma charakter nieusuwalny, a udzielone odpowiedzi miały wpływ na wynik postępowania poprzez niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym postępowanie w Pakiecie Nr 2 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający powtórzy postępowanie na dostawę masek oraz Zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w sposób nie budzący wątpliwości, jednoznaczny i wyczerpujący uwzględniając wszystkie wymagania Szpitala.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Tomasz Miazek



ISO 9001:2015

#### Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologII) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68  
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01  
ul. Czechośćowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80  
ul. Panklewieza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoi Cierpienie”**

