



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2021-03-10

### WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26/02/2021 pod nr 2021/S 040-097657

Nr sprawy: **ZP/6/2021**

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy **Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy zamawiający wyraża zgodę i w formularzu dla Wykonawcy załącznik 2 pompy, zrezygnuje z punktu 2 jako elementu przedstawiającego cenę jednostkową oraz wartość netto i brutto?

**„Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych określonych w Załączniku nr 3 Część II do SIWZ”**

Informujemy, że Program komputerowy jest dostarczany w ramach bezpłatnej usługi dotyczącej Systemu CareLink™, stanowiącego element zarządzania terapią cukrzycy, umożliwiający osobie wykonującej zawód medyczny pobieranie danych z wyrobu medycznego używanego przez pacjenta.

**Odp. Z uwagi na obowiązującą umowę dotyczącą w/wymienionej usługi zgodnie z warunkami jej realizacji zamawiający nie wymaga wyceny tego elementu. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

2. Dotyczy **SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet numer 3**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet numer 3:

**„Odbiornik na każdą pompę”**

Czy Zamawiający rozumie, jako przedmiot zamówienia pompę insulinową, w której przekazywanie wyników, obecność wykresu i występowanie alarmów dotyczących ciągłego monitorowania glikemii odbywać się będzie bezpośrednio na ekranie pompy i nie będzie wymagało dodatkowych urządzeń (odbiorników)?

**Odp. Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

3. Dotyczy **SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet nr 3**

Czy zamawiający wyraża zgodę i w SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet nr 3 odstąpi od parametru?

**„Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego”**

Regularna wymiana wkłuc jest podstawowym standardem w prawidłowym użytkowaniu pompy. Pacjenci mają obowiązek regularnej wymiany wkłucia. Jest to potwierdzone przez NFZ poprzez ilość refundowanych wkłuc miesięcznie.

**Odp. Zamawiający odstępuje od tego parametru. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

4. Dotyczy **SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet nr 3**

Czy zamawiający wyraża zgodę i w SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet nr 3 na odstąpienie od parametru?



PN-EN ISO 9001:2015  
PN-EN ISO/IEC 27001:2017

### Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”**



CERTYFIKAT 2020/17

**„Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy.”**

Pilot jest dodatkowym elementem wyposażenia pompy. W pompach sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa się z poziomu pompy. Wszystkie funkcje są zintegrowane w jednym urządzeniu. Jest to wygodniejsze dla pacjenta, gdyż nie potrzebuje on dodatkowych urządzeń, aby wyszukać wszelkich potrzebnych mu informacji. Konieczność korzystania z pilota wymaga od pacjenta noszenia dodatkowego urządzenia. W przypadku zgubienia pilota pacjent nie może korzystać z wszystkich funkcji pompy np. skorzystać z kalkulatora bolusa.

**Odp. W przypadku obu tych pakietów sterowanie zdalne jako dodatkowy sposób sterowania stanowi element dodatkowy i jako taki jest oceniany w analizie oferty.**

5. **Dotyczy SIWZ w załączniku nr 3 pakiet nr 2**

*Czy zamawiający wyrazi zgodę w SIWZ w załączniku nr 3 pakiet nr 2 na zmianę zapisu z:*

**„System ciągłego monitorowania glukozy (CGM), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny. Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii”**

na

**„System ciągłego monitorowania glikemii (wbudowany CGM w pompie), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny - Możliwość przeglądu stanu i wykresu CGM na ekranie pompy”**

**Odp. Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego insuliny przewidziana w SIWZ nie może być zastąpiona podglądem stanu i wykresu CGM na ekranie pompy, ponieważ stanowi element zabezpieczenia pacjenta przed wystąpieniem bądź znaczącym nasileniem epizodu hipoglikemii, w szczególności w okresie czasu kiedy pacjent z uwagi na okres zwiększonej aktywności lub okres snu nie jest w stanie na bieżąco kontrolować odczytów CGM.**

6. **Dotyczy Pakiet nr 1**

*Rok produkcji pompy.*

*Czy Zamawiający dopuści pompy wyprodukowane w roku 2020 i/lub 2021?*

**Odp. Pompy powinny być wykonane najpóźniej w roku podpisania umowy.**

7. **Dotyczy Pakiet nr 1**

*Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień:*

*-gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW (określę węglowodany)*

*Czy Zamawiający dopuści kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz określenia ilości węglowodanów jedynie jako gramy węglowodanów?*

**Odp. Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

8. **Dotyczy Pakiet nr 1**

*Menu w pełnym zakresie w języku polskim.*

*Czy Zamawiający dopuści menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim?*

**Odp. Tak, jest to wystarczające. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

9. **Dotyczy Pakiet nr 1**

*Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC]*

*Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37[oC]?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

10. **Dotyczy Pakiet nr 1**

*Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich).*

*Czy Zamawiający dopuści dostępność zestawów infuzyjnych w stacjonarnych sklepach medycznych w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Zabrzu, Gliwicach, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Kielcach, oraz w sklepach internetowych o zasięgu ogólnopolskim (diabetyk24.pl, infusion.pl,) oferujących realizację zamówień NFZ*

**Odp. Taka dostępność jest wystarczająca w przypadku zestawów infuzyjnych. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

11. **Dotyczy Pakiet nr 4**

*Rok produkcji pompy.*

*Czy Zamawiający dopuści pompy wyprodukowane w roku 2020 i/lub 2021?*



**Odp. Pompy powinny być wykonane najpóźniej w roku podpisania umowy.**

12. Dotyczy **Pakiet nr 4**

*Menu w pełnym zakresie w języku polskim.*

*Czy Zamawiający dopuści menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim?*

**Odp. Tak, jest to wystarczające. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

13. Dotyczy **Pakiet nr 4**

*Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC]*

*Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37[oC]?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

14. Dotyczy **Pakiet nr 4**

*Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich).*

*Czy Zamawiający dopuści dostępność zestawów infuzyjnych w stacjonarnych sklepach medycznych w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Zabrzu, Gliwicach, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Kielcach, oraz w sklepach internetowych o zasięgu ogólnopolskim (diabetyk24.pl, infusion.pl,) oferujących realizację zamówień NFZ?*

**Odp. Taka dostępność jest wystarczająca w przypadku zestawów infuzyjnych. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

15. Dotyczy **Pakiet nr 4**

*W jaki sposób będą oceniane parametry znajdujące się w części Parametry dodatkowe, którym nie została przypisana wartość punktowa. Chodzi o :*

1. Dodatkowe profile wlewu podstawowego (więcej niż 2)

2. Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa

3. Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)

*Z możliwością ustawień parametrów w kilku przedziałach czasowych w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny.*

*Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu.*

4. Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy.

5. Możliwość procentowej modyfikacji dawki w kalkulatorze bolusa – do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiętek fizyczny, infekcja).

6. Możliwość podawania insuliny w ramach zmniejszonej czasowej zmiany bazy podczas stosowania najniższego możliwego przepływu w j/godz.

7. Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego.

**Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

16. Dotyczy **Pakiet nr 1 i 4**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie bez wyceny pozycji 2 Formularza cenowego tj. Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych określonych w Załączniku nr 3 Część I oraz Cześć IV do SIWZ. Informujemy, że program komputerowy jest dostarczany w ramach bezpłatnej usługi, stanowiący element zarządzania terapią cukrzycy.*

*Program jest pobierany ze strony internetowej wykonawcy:*

*<https://www.mylife-diabetescare.com/pl-PL/produkty/kontrolowanie-leczenia/mylife-digital.html>*

**Odp. Z uwagi na obowiązującą umowę dotyczącą w/wymienionej usługi zgodnie z warunkami jej realizacji zamawiający nie wymaga wyceny tego elementu. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

17. Dotyczy **Pakiet nr 2, 3 i 4**

*W załączniku 3 do SIWZ (Parametry techniczne) nie podano punktacji za parametry dodatkowe (oceniane) dla pakietów 2,3 i 4. Prosimy o dopisanie.*

**Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w specyfikacji warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

- 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 1-4, poprzez dopisanie w zakładce „Uwaga”, tiret 1 o treści:**  
*„W przypadku, gdy program komputerowy jest dostarczany w ramach bezpłatnej usługi, stanowiący element zarządzania terapią cukrzycy, Wykonawca może nie dokonywać jego wyceny”.*

Zamawiający wprowadza zmiany uwzględniające wyjaśnienia treści SWZ, w szczególności zmiany w Załączniku nr 3 do SIWZ- Parametry techniczne oraz zmiany w Załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.

2. Na podstawie art. 137 ust. 4-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2021-03-18**, godzina **10<sup>00</sup>**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **13<sup>00</sup>** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2021-06-15**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Wlazek