



Łódź, dn. 22.04.2021 r.

Nr sprawy: **ZP/12/2021**

## **WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy postępowania na pn.:

**„Dostawa kontenerów aluminiowych z wyposażeniem do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu i sterylnej prezentacji do przedmiotów medycznych”**

**Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano: 2021/BZP 00037105/01 z dnia 21.04.2021 r.**

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 1**

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:** Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach zewnętrznych z rękojeściami: 600x285x215 mm.

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 2:** Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach zewnętrznych z rękojeściami: 600x285x145 mm.

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 3:** Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach zewnętrznych z rękojeściami: 600x285x120 mm.

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 4:** Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach zewnętrznych z rękojeściami: 310x280x120 mm.

**Ad. 4. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 5:** Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach zewnętrznych z rękojeściami: 310x280x140 mm.

**Ad. 5. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 6:** Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach zewnętrznych z rękojeściami: 310x280x160 mm bez dodatkowej osłony filtra lub o wym. 310x280x180 mm z dodatkową osłoną filtra.

**Ad. 6. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 7:** Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach zewnętrznych z rękojeściami: 310x280x210 mm bez dodatkowej osłony filtra lub o wym. 310x280x230 mm z dodatkową osłoną filtra.

**Ad. 7. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 8:** Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert „**Termin dostaw zamówień**” oraz „**Termin realizacji reklamacji**” na następujący:

**Wartość punktowa terminu dostawy zamówień:**

Za termin do 21 dni Zamawiający przyzna – 20 pkt

Za termin 22 dniowy Zamawiający przyzna – 15 pkt

Za termin 24 dniowy Zamawiający przyzna – 10 pkt

Za termin 25 dniowy Zamawiający przyzna – 5 pkt

**Wartość punktowa terminu realizacji reklamacji:**

Za termin do 7 dni Zamawiający przyzna – 15 pkt

Za termin 8 dniowy Zamawiający przyzna – 10 pkt

Za termin 10 dniowy Zamawiający przyzna – 5 pkt

**Ad. 8. Zamawiający zmienia kryterium oceny w powyższym zakresie**

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie w poz.1** kontener o wymiarach 580x280x200 mm?

**Ad. 9. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie w poz. 2** kontener o wymiarach 580x280x150 mm?

**Ad. 10. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie w poz.3** kontener o wymiarach 580x280x135 mm?

**Ad. 11. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie w poz. 4** kontener o wymiarach 285x280x135 mm?

**Ad. 12. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie w poz. 5** kontener o wymiarach 285x280x150 mm?

**Ad. 13. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie w poz.6** kontener o wymiarach 285x280x200 mm?

**Ad. 14. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie w poz. 7** kontener o wymiarach 285x280x260 mm?

**Ad. 15. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Dokumenty do pobrania ze strony Zamawiającego i mini portalu.**

**Kinga Miśkiewicz**