



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

## WYKONAWCY

Łódź, dnia 16.01.2018 r.

ZP/2/2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźnia Kirschnera o długości 210mm zamiast 250mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania drutu prowadzącego do wkrętów kaniulowanych Ø7,0 z kaniulą wewnętrzną śruby 2,1 i drutem prowadzącym 2,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy Ø5,0mm zamiast 4,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania drutu prowadzącego do wkrętów kaniulowanych Ø4,5 z kaniulą wewnętrzną śruby 1,15mm i drutem prowadzącym 1,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania płytki o wymiarach 11,0x2,5mm zamiast 10,2x2,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki kątowej w kształcie „V” – 10mm zamiast 9mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytki kątovej 125°-135° w kształcie „V” – 13mm zamiast 120°-130°, 9mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego 5,0/2,2x220mm zamiast 5,0/2,2x230mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego 2,7/1,2 zamiast 2,5/1,2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania wkrętaka ręcznego do śrub korowych o średnicach 3,5mm, 4,5mm oraz 6,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

  
mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”**

