



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 24.01.2018 r.

ZP/ 6 /2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 rękaw o szerokości 55mm x 200m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 3:

Czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewu w przedziale 120 - 150°C?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja 6:

Czy w miejsce rękawa o szerokości 350 mm Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 300 mm lub 400 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja 2:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja 1 i 2:

Czy w miejsce testów zintegrowanych - typu 5, Zamawiający dopuści testy wyższej klasy tj. emulacyjne - typu 6. Wyższa klasa testów gwarantuje wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja 3 i 5:

Prosimy o doprecyzowanie w przypadku której wielkości opakowania 480sztuk czy 500sztuk Wykonawca ma dokonać przeliczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje: dokonanie przeliczenia dotyczy opakowania 450szt.

Pytanie 8

Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Dotyczy Pakiet nr 16, pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy Pakiet nr 16, pozycja nr 4:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań/rolek, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę?

Odpowiedź:

W przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań/rolek, Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania kontenera:

Kontener do małych zestawów narzędziowych zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów, wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, wykonana z jednego kawałka blachy, dodatkowe wzmocnienie na bokach wanny. Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, z silikonową nakładką zapobiegającą nagrzewaniu, dającą pewny i komfortowy chwyt. Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Pokrywa wanny perforowana, wykonana ze stopu aluminium typu 3 w 1 posiadająca mocowanie pod zastosowanie 3 różnych typów filtracji. Bariera biologiczna typu Zawór - ciśnieniowo próżniowa wykonana z aluminium. System filtracji który pozwala zastosować wymiennie wybrany typ filtra (PTFE, Zawór, Bariera). Pokrywa kontenera dostępna w 6 kolorach. Kontener o wymiarach: 299 x 278 x 105 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania kontenera:

Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów, wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, wykonana z jednego kawałka blachy, dodatkowe wzmocnienie na bokach wanny. Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, z silikonową nakładką zapobiegającą nagrzewaniu, dającą pewny i komfortowy chwyt. Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Pokrywa wanny perforowana, wykonana ze stopu aluminium typu 3 w 1 posiadająca mocowanie pod zastosowanie 3 różnych typów filtracji. Bariera biologiczna typu Zawór - ciśnieniowo próżniowa wykonana z aluminium. System filtracji który pozwala zastosować wymiennie wybrany typ filtra (PTFE, Zawór, Bariera). Pokrywa kontenera dostępna w 6 kolorach. Kontener o wymiarach: 462 x 278 x 140mm z koszem siatkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania kontenera:

Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów, wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, wykonana z jednego kawałka blachy, dodatkowe wzmocnienie na bokach wanny. Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, z silikonową nakładką zapobiegającą nagrzewaniu, dającą pewny i komfortowy chwyt. Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Pokrywa wanny perforowana, wykonana ze stopu aluminium typu 3 w 1 posiadająca mocowanie pod zastosowanie 3 różnych typów filtracji. Bariera biologiczna typu Zawór - ciśnieniowo próżniowa wykonana z aluminium. System filtracji który pozwala zastosować wymiennie wybrany typ filtra (PTFE, Zawór, Bariera). Pokrywa kontenera dostępna w 6 kolorach. Kontener o wymiarach: 299 x 278 x 140mm z koszem siatkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania kontenera:

Kontener narzędziowy, wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, wykonana z jednego kawałka blachy, dodatkowe wzmocnienie na bokach wanny. Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, z silikonową nakładką zapobiegającą nagrzewaniu, dającą pewny i komfortowy chwyt. Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Pokrywa wanny perforowana, wykonana ze stopu aluminium typu 3 w 1 posiadająca mocowanie pod zastosowanie 3 różnych typów filtracji. Bariera biologiczna typu Zawór - ciśnieniowo próżniowa wykonana z aluminium. System filtracji który pozwala zastosować wymiennie wybrany typ filtra (PTFE, Zawór, Bariera). Pokrywa kontenera dostępna w 6 kolorach. Kontener o wymiarach: 585 x 278 x 140 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania kontenera:

Kontener narzędziowy, wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, wykonana z jednego kawałka blachy, dodatkowe wzmocnienie na bokach wanny. Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, z silikonową nakładką zapobiegającą nagrzewaniu, dającą pewny i komfortowy chwyt. Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Pokrywa wanny perforowana, wykonana ze stopu aluminium typu 3 w 1 posiadająca mocowanie pod zastosowanie 3 różnych typów filtracji. Bariera biologiczna typu Zawór - ciśnieniowo próżniowa wykonana z aluminium. System filtracji który pozwala



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

zastosować wymiennie wybrany typ filtra (PTFE, Zawór, Bariera). Pokrywa kontenera dostępna w 6 kolorach. Kontener o wymiarach: 585 x 278 x 263 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Pakiet 2

Poz. 6 - Czy można zaferować rękaw papierowo-foliowy z faldą o rozmiarze 380mmx100m? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2

Czy należy zaferować rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa? Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 19

Pakiet 5

Poz. 1 - Czy można zaferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 100mm x 200mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Pakiet 5

Poz. 2 - Czy można zaferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 130mm x 250mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21

Pakiet 5

Poz. 2 - Czy można zaferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 100mm x 250mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Pytania do treści umowy

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 7 ust.1 a) wysokość kary wynosiła 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Pytania do treści umowy



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 7 ust.1 b) wysokość kary wynosiła 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Pakiet nr 1 Pozycje 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 25

Pakiet nr 1 Pozycje 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 26

Pakiet nr 1 Pozycje 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 27

Pakiet nr 2 Pozycje 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 28

Pakiet nr 2 Pozycje 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 29

Pakiet nr 2 Pozycje 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 30

Pakiet nr 4 Pozycje 1-6



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 31

Pakiet nr 4 Pozycje 1-6

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 32

Pakiet nr 4 Pozycje 1-6

Czy Zamawiający wymaga, aby papier krepowy posiadał gramaturę wynoszącą min. 60g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 33

Pakiet 14 Pozycja 4

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 34

Pakiet 14 Pozycja 4

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 35

Pakiet 14 Pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu? Umożliwi to łatwiejszą i dokładniejszą interpretację wyniku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 36

Pakiet 16 Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 37

Pakiet 16 Pozycja 4



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 38

Pakiet 16 Pozycja 4

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

do załącznika nr 2 (Pakiet 1 poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z SIWZ o rozmiarze 125mm x 200m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40

do załącznika nr 2 (Pakiet 2 poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z SIWZ w rozmiarze 300mm x 100m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

do załącznika nr 2 (Pakiet 2 poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z SIWZ w rozmiarze 400mm x 100m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

do załącznika nr 2 (Pakiet 3)

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z SIWZ o długości 70m z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43

do załącznika nr 2 (Pakiet 14 poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C/5,3 min. i 121°C/15 min., wskaźnik w technologii klasy 6 przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przezroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 44

do załącznika nr 2 (Pakiet 14 poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C/7 min. i 121°C/20 min., wskaźnik w technologii klasy 6. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przezroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45

do załącznika nr 2 (Pakiet 14 poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści test zgodny z SIWZ pakowany, a 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46

do załącznika nr 2 (Pakiet 14 poz. 5)

Czy Zamawiający dopuści test z punktową substancją wskaźnikową - zmiana koloru części wskaźnikowej z jasnopomarańczowego na jednolity, wyrazisty kolor czerwony w polu kontrolnym daje użytkownikowi informację o właściwej penetracji tlenu etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47

do załącznika nr 2 (Pakiet 14 poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ pakowane a' 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48

do załącznika nr 2 (Pakiet 16, poz. 2 i 3)

Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji 2 i 3, dzięki czemu do zadania będą mogli przystąpić bezpośredni dystrybutorzy opisanego asortymentu, oferując znacznie korzystniejsze warunki cenowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

do załącznika nr 2 (Pakiet 16 poz. 4)

Czy Zamawiający miał na myśli by test był wykonany w technologii Typu 6 opisanego w normie PN EN ISO 11140, a więc jego tolerancja dla temperatury powinna być nie większa niż 6% dla czasu i 1°C dla czasu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że zaszła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga dostaw asortymentu zgodnego z normę: PN EN ISO 11140-1 klasa D.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 50

do załącznika nr 2 (Pakiet 17 poz. 3)

Czy Zamawiający miał na myśli aby test był typu 2 zgodnie z klasyfikacją testu typu Bowie&Dick w normie ISO 11140-1?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 51

do załącznika nr 2 (Pakiet 17 poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ pakowane, a 400 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość produjących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 54

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 55

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i wynosiła 180-220^o C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 56

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki papierowo-foliowe z nadrukowanym wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”

