



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

## WYKONAWCY

Łódź, dnia 25.01.2018 r.

ZP/ 6 /2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 poz.2164), w odniesieniu do odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 24.01.2018 roku wyjaśnia co następuje:

### Dotyczy Pytania 7

Pakietu nr 14 poz. 3 i 5

Prosimy o potwierdzenie, że w odpowiedzi z dnia 24.01.2018 r. na pytanie nr 7 wkradła się literówka i Zamawiający oczekuje przeliczenia ilości dla opakowań a' 480 szt., nie 450 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przeliczenie dotyczy opakowania 480szt.

### Dotyczy Pytania 50

Pakiet 17, poz. 3:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 24.01.2018 r. na pytanie nr 50, Zamawiający podtrzymał pierwotny opis przedmiotu zamówienia, wymagając testu Bowie&Dick Typu 4, zgodnie z normą ISO 11140-1.

Testy typu Bowie&Dick są opisane w normie ISO 11140-4, która jednoznacznie wskazuje na ich klasyfikację do typu 2. Tego rodzaju testy nie mogą należeć do Typu 4, a taki produkt nie jest dostępny na rynku. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie testów Bowie&Dick typu 2, zgodnych z normą ISO 11140-4.

Odpowiedź:

Zamawiający uchyla odpowiedź z dnia 24.01.2018r.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów Bowie&Dick typu 2, zgodnych z normą ISO 11140-4.

### Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści test zgodny z SIWZ, w opakowaniu a' 250 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań, Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

  
mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”

