



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**  
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790  
📧 zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2018-02-28

### WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **2018-02-06** pod nr **2018/S 025-053080**

Nr sprawy: **ZP/9/2018**

### Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. *Dotyczy:*

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wymagane w SIWZ szkolenia z obsługi technicznej pomp przeprowadzane były na zlecenie Wykonawcy przez personel Zamawiającego (tj. przez pielęgniarki, będące edukatorkami diabetologicznymi)? Szkolenia przeprowadzane byłyby za wynagrodzeniem i poza godzinami pracy pielęgniarek.*

**Odp. Szkolenia, zgodnie z SIWZ zapewnia Wykonawca i w jego gestii leży zaangażowanie osób o odpowiednich kwalifikacjach. Zamawiający nie wskazuje form zatrudnienia osób posiadających wymagane do realizacji zamówienia kwalifikacje.**

2. *Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu :*

*„ Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego-pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia.”  
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym punktem SIWZ, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zrealizowanie powyższego zapisu, polegającego na przeprowadzeniu szkolenia Pacjentów, poprzez nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy miejsca szkolenia w ośrodku zakładającym pompę.*

**Odp. Tak, zdaniem Zamawiającego to jednoznacznie wynika z cytowanego zapisu.**

3. *Dotyczy zapisu „Rok produkcji 2017” w rozdz. III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w pkt 5 formularza ofertowego – Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka, ponieważ w Załączniku nr 3 (Parametry techniczne) Zamawiający wymaga: „Rok produkcji 2018”.*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

### MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część III. pkt. 8, który uzyskuje brzmienie:

**„8. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2018, w pełni sprawny,**  
- odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,  
- być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,  
- nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich”.

oraz analogiczny zapis w Formularzu ofertowym” Załącznik nr 1 pkt. 5

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Tomasz Miazek