

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 2: Lampa zabiegowa typu LED – 1szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z ochroną przed wilgocią na poziomie IP54?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza IP 54, niezależnie od IP22.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową ze źródłem światła w postaci matrycy z 13 diodami LED umożliwiającymi uzyskanie wyższego od wymaganego natężenia na poziomie 70 000 lux w odległości 1m?

Odpowiedź: Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową, której obudowa wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS z powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę – MRSA)?

Odpowiedź: Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową o średnicy plamy świetlnej dla 1m wynoszącej 18cm – w tym zakresie pełna iluminacja światła?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły świetlnej wynoszącej 30cm?

Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową o wskaźniku oddawania barw na poziomie $Ra \geq 95$?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3500 do 5000°K z możliwością ustawienia na wybraną wartość w 6 krokach?

Odpowiedź: Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z nakładaną rękojeścią przystosowaną do sterylizacji, a nie odkręcaną? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym i łatwiejsze w obsłudze.

Odpowiedź: Tak.

9. Czy Zamawiający oczekuje do zaferowania lampy w wersji sufitowej, ściennej czy mobilnej?

Odpowiedź: Ściennej, na wysięgniku.

Czy zamawiający w postępowaniu przetargowym na „Dostawę Sprzętu Medycznego” nr sprawy ZP/16/2018, w części nr 7 – System do podciśnieniowej terapii leczenia ran – 6 szt., **dopuszcza** System do podciśnieniowej terapii leczenia ran extriCare3600 firmy Devon? Rok produkcji 2017, wartość podciśnienia regulowana w zakresie 40-200mmHg, masa urządzenia 1,3kg. Urządzenie obecnie testowane na oddziale Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 4

Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do pomyłki pisarskiej w zakresie prędkości cięcia a Zamawiający dopuści dermatom elektryczny o prędkości cięcia 8000 obr/min?

Odpowiedź: Tak.

W opisie przedmiotu zamówienia - prędkość cięcia 5000-6000 cykli / min. - sterylne ostrza nie wymagające smarowania. - rękojeść ze zintegrowanym silnikiem i przewodem zasilającym - płytki regulujące szerokość pobieranego przeszczepu

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 4

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w Części 4 - PAKIET: dermatom elektryczny, nie doszło do pisarskiej pomyłki i :

a/ w poz. 1 Zamawiający określając wymaganą prędkość cięcia 50000-60000 cykli/min. nie miał na myśli 5000-6000 cykli/min.

b/ w poz. 5 Zamawiający określając wymaganą głębokość nacinania od 0,02mm do 0,43mm nie miał na myśli głębokości nacinania od 0,02 do 0,043mm?

Odpowiedź:

a) Tak.

b) Tak, głębokość nacinania od 0,02 do 0,043mm.

Dotyczy: Część 2 : LAMPA zabiegowa typu LED - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lampę ze źródłem światła zbudowanym z 15 diod LED rozmieszczonymi równomiernie na powierzchni czaszy lampy?

Zastosowanie równomiernego rozmieszczenia diod w czaszy lampy pozwoli zapewnić lepsze parametry bezcieniowości niż zastosowanie diod w modułach, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 22cm?

Różnica w średnicy czaszy między oferowaną a wymaganą wynosi 5mm, taka minimalna różnica nie wpływa na warunki użytkowe lampy, w przypadku braku dopuszczenia proponowanej średnicy lampy prosimy o merytoryczne uzasadnienie tej decyzji.

Odpowiedź: Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę o wskaźniku odwzorowania barw na poziomie Ra=95?

Dopuszczenie lampy z odwzorowaniem barw na poziomie Ra=95 pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli obniżyć cenę.

Wymaganie tego parametru o wartości 96 znacząco ogranicza konkurencję i jest nieuzasadnione technicznie, ponieważ bardzo wysokiej jakości lampy dostępne na rynku posiadają wskaźnik odwzorowania barw Ra=95, co jest parametrem zapewniającym doskonałe warunki odwzorowania barw.

Odpowiedź: Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej o wartości 4500K?

Wymaganie lampy o temperaturze barwowej 4750K jest nieuzasadnione technicznie, ogranicza również konkurencję. Lampy posiadające temperaturę barwową o wartości 4500K

są powszechnie stosowane w medycynie, parametr ten spełnia wymagania norm medycznych i zapewnia odpowiednie parametry świetlne lampy.

Odpowiedź: Nie.

5. Prosimy o doprecyzowanie typu lampy wymaganej przez Zamawiającego pod względem montażu. Czy ma to być lampa sufitowa, ścienna czy na wózku jezdnym? Zamawiający nie precyzuje tego parametru a ma on znaczący wpływ na parametry opisane w punktach 9 i 12 specyfikacji.

Odpowiedź: Ścienna.

6. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając w pkt 12 wagę lampy miał na myśli wagę czaszy lampy czy wagę łączną lampy wraz z mocowaniem?

Odpowiedź: Waga lampy bez mocowania.

7. Czy w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał lampy z mocowaniem ściennym dopuści lampy lżejsze niż wymagana w pkt 12 waga lampy? Lżejsza lampa jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

8. Czy w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał lampy z mocowaniem na wózku jezdym dopuści lampę o wadze (lampa z wózkiem) 25,5 kg?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

9. Czy Zamawiający dopuści lampę o poborze mocy 16W? Oferowana wartość jest znacznie niższa niż wymagane przez Zamawiającego 30VA, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii.

Odpowiedź: Tak.

1. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację sprzętu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Tak

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:
 - za zwłokę w realizacji kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% **wartości netto niekompletnej realizacji przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niekompletnej realizacji przedmiotu umowy**;
 - za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości **0,5%** wartości netto niniejszej **wadliwej części przedmiotu** umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części przedmiotu umowy**.

Odpowiedź: Nie.