



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 23 marca 2018 r.

ZP/17/2018

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ubrań jednorazowych oraz obłożeń chirurgicznych dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 R. (Dz.U. Z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 1

Pozycja 1 – czy Zamawiający wymaga zaoferowania ubrania operacyjnego chirurgicznego z włókniny SMS o gramaturze 38 g/m² z dekoltem w kształcie litery U w rozmiarze S- XXL? Reszta parametrów spełniona.

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

dot. Pakietu nr 2

Pozycja 1. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym? Reszta parametrów bez zmian.

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², dekol V obszty lamówką z tej samej włókniny, co bluza, 2 duże kieszenie na dole bluzy oraz 1 mała prostokątna u góry, spodnie z ciętymi nogawkami, z trokiem, dostępne w rozmiarach S-XXL?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m²?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 · NIP:728-22-46-128 · KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl · 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 5

dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 7

dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny polipropylenowej bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m², o odporności na wypychanie na suchó 106kpa, czystości pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, pylenie równe 2,1 log₁₀?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

dot. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w rozmiarze S-XXL?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik o wymiarach 4cm x 50cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m² 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 40 cm x 65 cm wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² 2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² w opakowaniu typu TAVEC?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 11

dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach kompletów chirurgicznych wykonanych na całej powierzchni z antystatycznej, nieprzejrzystej, niepylącej i oddychającej, wysoko barierowej włókniny polipropylenowej SMMS – tj włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo warstwą wewnętrzną, a zatem cechującej się wyższym stopniem barierowości, o gramaturze 45 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12

dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 1 fartucha zabiegowego o gramaturze nieznacznie mniejszej niż ta wyspecyfikowana przez Zamawiającego, tj. 24 g/m²., Fartuch z niezachodzącymi połami, wiązany z tyłu.

ODP: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza pakowane razem, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny bawełnopodobnej typu SMS zawierającej 100% polipropylenu, o gramaturze 45g/m², antystatyczne, niepyłące, dekolt obszty lamówką w tym samym kolorze co ubranie, oddychające, przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego wg normy PN-EN 13795. Dół nogawek spodni prosty, wygodne rękawy niedoszywane?

ODP: Zamawiający dopuszcza.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 · NIP:728-22-46-128 · KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl · 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 14

dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny niejałowy z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m², wiązany na troki w pasie, mankiety ściągnięte lekko gumką. Poły fartucha zachodzą na siebie, rozmiar uniwersalny?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza pakowane razem, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny bawełnopodobnej typu SMS zawierającej 100% polipropylenu, o gramaturze 45g/m², antystatyczne, niepyłące, oddychające, przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o odporności na wypychanie na sucho min. 138kPA (badane wg normy PN-EN ISO 13938-1, Czystość pod względem cząstek stałych równa 2,7 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,8 Log10 (liczba cząstek)(badanie wg EN ISO 9073-10), koszula z krótkim rękawem, dekolt w kształcie litery V wykończony lamówką, spodnie wiązane w pasie na troki, nogawki proste; wyraźne oznaczenie rozmiaru bez potrzeby wyciągania kompletu z opakowania. Ubranie dostępne w rozmiarach XS-XXXL w kolorze niebieskim lub fioletowym. Na potwierdzenie ww. parametrów – karta danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 7 ust.1 a) wysokość kary wynosiła 5%?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w § 7 ust.1 a) do wysokości 5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

Pytanie 17

dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 7 ust.1 b) wysokość kary wynosiła 1%?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w § 7 ust.1 b) do wysokości 5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

Pytanie 18

dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy można zaoferować ubranie operacyjne z wykonane z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m², w kolorze zielonym, z nogawkami spodni prostymi bez podwiniętego dołu, w rozmiarze od S do XXL. Bluza i spodnie pakowane jako komplet, spełniające pozostałe parametry z s.i.w.z.?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 19

dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy można zaferować fartuch wizytacyjny wykonany z materiału PPSB o gramaturze 21 g/m², w rozmiarze uniwersalnym, spełniający pozostałe parametry z s.i.w.z.?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

dot. Pakietu nr 1

Pakiet nr 3 poz. 1 – Czy można zaferować ubranie operacyjne o odporności na wypychanie na sucho ≥ 40 kPa, czystości pod względem cząstek stałych na poziomie $< 3,4$ IPM, pyleniu równym 3,2 Log10, bez napa pod szyją i bez napa na kieszeni bocznej na nogawicy, dostępne w rozmiarach od XS do XXL w kolorze zielonym i niebieskim. Bluza i spodnie pakowane razem, spełniające pozostałe parametry z s.i.w.z.?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień i Prowadzenia Marketingu i Promocji
[Signature]
mgr Tomasz Młuzek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

