



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 9 maja 2018 r.

ZP/24/2018

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu radiologicznego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 R. (Dz.U. Z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na posiadający atest producenta i dopuszczony do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wolny od ftalanów, jednorazowy, sterylny zestaw wkładowy o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do strzykawki Spectris Solaris EP MR, składający się z:

- wkładu o pojemności 65 ml
- wkładu o pojemności 115 ml
- jednego ostrza typu spike dużego przeznaczonego do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną
- jednego ostrza typu spike małego do fiolki z kontrastem
- łącznika niskociśnieniowego o długości 250 cm, z trójnikiem T lub Y i jedną zastawką antyzwrotną. Długość ramion jest różna i wynosi odpowiednio 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) i 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)?

ODP: zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy w Pakiecie 2 w/w postępowania Zamawiający dopuści złożenie oferty na posiadający atest producenta i dopuszczony do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wolny od ftalanów, jednorazowy, sterylny zestaw wkładowy o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual, na który składają się dwa oddzielnie pakowane komplety, w tym:

komplet A

- wkład o pojemności 200 ml



ul. Pomorska 251 ☎42 675 70 00 ☎42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎42 675 70 00 ☎42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎42 617 77 77 ☎42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z jedną zastawką antyzwrotną i trójnikiem Y, wyposażonym w dwa różnej długości ramiona: +/- 10 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 25 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)
 - złącze szybkiego napełniania
- komplet B
- wkład o pojemności 200 ml
 - ostrze typu spike
 - złącze szybkiego napełniania?

ODP: zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w Pakiecie 5 Zamawiający dopuści złożenie oferty na posiadające atest producenta i dopuszczone do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wolne od ftalanów, jednorazowy, sterylne, spiralne złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, wyposażone w zastawkę antyzwrotną oraz w trójnik Y, dysponujący różnej długości ramionami, które wynoszą odpowiednio +/- 10 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 25 cm dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl?

ODP: zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietów nr 1, 2 i 5

Czy w Pakietach 1, 2 i 5 w/w postępowania Zamawiający dopuści złożenie oferty na produkty generyczne do wstrzykiwaczy Spectris Solaris EP MR oraz Medrad Stellant CT Dual, posiadające atest producenta i dopuszczone do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych?

ODP: zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 5

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 10 § 3 wzoru umowy (cyt.):

10. Wykonawca oświadcza, że każde pojedyncze opakowanie produktu będzie zawierało ulotkę informacyjną w języku polskim (z datą produkcji, ważności lub datą produkcji i okresem ważności, określeniem jałowości sprzętu, nr serii, określeniem jedno/wielorazowości produktu, itp.).

i nada mu proponowane brzmienie:

10. Wykonawca oświadcza, że każde zbiorcze opakowanie produktu będzie zawierało ulotkę informacyjną w języku polskim (z datą produkcji, ważności lub datą produkcji i okresem ważności, określeniem jałowości sprzętu, nr serii, określeniem jedno/wielorazowości produktu, itp.).



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

ODP: Zamawiający dokona powyższej modyfikacji.

Pytanie Nr 6

Dotyczy przedmiotu umowy (pakiety nr 3 i 4)

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia (pakiety nr 3 i 4) dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po 20 sztuk (zestawy materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku – zestaw dwunastogodzinny) oraz 50 sztuk (jednorazowy dren spiralny – tzw. linia pacjenta).

Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie).

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwości realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu w § 3 ust. 2 wzoru umowy: „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”

ODP: Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadającym krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych

Pytanie Nr 7

Dotyczy zapisu § 5 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 1 wzoru umowy w taki sposób, aby uprawnienie z niego wynikające odnosiło się do obu stron umowy. Proponujemy zmianę zapisu na następujący: „Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy, drugiej stronie przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy.”

W przypadku braku zgody, biorąc jednocześnie pod uwagę treść § 5 ust. 2 odnośnik czwarty umowy, prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 1.

ODP: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadku o którym mowa w § 8 „Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy, z przyczyn niezależnych od drugiej strony, drugiej stronie przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem § 8”

Pytanie Nr 8

Dotyczy zapisu § 5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 5 ust. 2 wzoru umowy:

a) odnośnik pierwszy i drugi – z 1% na 0,5%?



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

b) odnośnik czwarty – z 10% na 5%?

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości naliczenia przez Wykonawcę kary umownej Zamawiającemu w wysokości 5% wartości niezrealizowanej wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

Przewidziane we wzorze umowy kary są niewspółmiernie wysokie do zawinienia Wykonawcy, co jest sprzeczne z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Wobec tego istotnym jest, aby kary umowne zostały zmiarkowane do wysokości umożliwiającej im pełnienie funkcji dyscyplinująco – represyjnej, gdyż mają one mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji ustalonych warunków umowy, nie stanowią natomiast odszkodowania. Wskazane w pełni zostanie spełnione przy ustaleniu kar umownych w zaproponowanym powyżej kształcie.

Jednocześnie wprowadzenie możliwości żądania przez Wykonawcę kary umownej od Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania stron umowy.

ODP: w punkcie a) Zamawiający nie wyraża zgody

w punkcie b) Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości naliczenia przez Wykonawcę kary umownej Zamawiającemu w wysokości 5% wartości niezrealizowanej wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakiet 1. Wkłady do strzykawkki Spectris Solaris EP MR – Załącznik nr 2 do SIWZ

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Wkłady do strzykawkki Spectris Solaris EP MR

Zamawiający wymaga: Jednorazowy, sterylny, atestowany przez producenta zestaw wkładów przeznaczony do zastosowania ze wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris EP MR składający się z:

- wkładu o pojemności 65ml,
- wkładu o pojemności 115ml,
- **dwóch ostrzy typu Spike**
- ~~jednego ostrza typu spike dużego przeznaczonego do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną,~~
- ~~jednego ostrza typu spike małego przeznaczonego do fiolki z kontrastem,~~
- łącznika niskociśnieniowego o długości ok +/- 245cm z trójnikiem „T” (**lub „Y”**) i jedna zastawką antyzwrotną. **Długość ramion jest różna i po stronie kontrastu nie przekracza 2 cm. Zestaw atestowany przez producenta wstrzykiwacza firmy Bayer/Medrad.**

ODP: zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 10



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy Pakiet 2. Wkłady do strzykawki Stellant CT D – Załącznik nr 2 do SIWZ

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

„Wkłady do strzykawki Stellant CT D

Zamawiający wymaga:

Jednorazowy, sterylny, atestowany przez producenta zestaw wkładów przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual składający się z dwóch wkładów o poj. 200ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” (lub „Y”) o długości +/- 150 cm oraz złącza szybkiego napełniania. Długość ramion jest różna. ~~**i po stronie kontrastu nie przekracza 2 cm. Zestaw atestowany przez producenta wstrzykiwacza firmy Bayer/Medrad.**~~

ODP: zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakiet 5. Złącze niskiego ciśnienia – Załącznik nr 2 do SIWZ

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

„Złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości do ~~**400 PSI 375 PSI**~~, 152 cm długości, z trójnikiem do wstrzykiwacza Stellant. Zamawiający wymaga: Łącznik niskociśnieniowy o różnej długości ramion. ~~**po stronie kontrastu nie przekraczający 2 cm. Łącznik atestowany przez producenta wstrzykiwacza firmę Bayer/Medrad. Atestowane przez producenta złącz.**~~”

ODP: zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakiet 8. złącze szybkiego napełniania, złącze niskiego ciśnienia- Załącznik nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 nie popełnij omyłki i nie miał na myśli samego złącza niskiego ciśnienia o długości 150cm z trójnikiem?

ODP: Zamawiający miał na myśli złącze szybkiego napełniania/złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem 150 cm, 24 bar/350psi

Pytanie Nr 13

Dotyczy wzór umowy § 3 ust. 10

Prosimy o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób:

„Wykonawca oświadcza, że każde pojedyncze opakowanie produktu będzie zawierało **etykiętę ulotkę** informacyjną w języku polskim **lub w języku angielski wraz z rozpoznawalnymi symbolami/piktogramami** (z datą produkcji, ważności lub datą produkcji i okresem ważności, określeniem jałowości sprzętu, nr serii, określeniem jedno/wielorazowości produktu, itp.).”

ODP: zgodnie z SIWZ

Tomasz Miazek

Przewodniczący Komisji Przetargowej



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”

