



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

☎ 42 675 75 00  
📠 42 678 93 68

✉ poczta@csk.umed.pl  
🌐 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, dn. 15.06.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn. „Dostawa jałowych obłóżek operacyjnych, chirurgicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.” - Sprawa nr ZP /26/2018

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Pakietu nr 21**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 dopuści fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SM S o gramaturze min. 44,2 gim<sup>2</sup>, rękaw zakończony niepyłącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złożone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie min. 25,2cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozdieranie wzdłużne min. 27,47! , wytrzymałość na rozdieranie poprzeczne min, 45,38N, rozmiar L i rozmiar XL ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem o średnicy 12cm, który znajduje się 60cm od górnego końca serwety?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pakietu nr 4, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 100x150cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pakietu nr 4, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem o średnicy 12cm, który znajduje się 60cm od górnego końca serwety?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy pakietu nr 8, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy pakietu nr 8, poz.1,3**

Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 350%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy pakietu nr 8, poz.1,3**

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy pakietu nr 8, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm lub 8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę 90x120 o średnicy 8 cm.**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>, posiadający nieprzemakalne wstawki w części przedniej i na rękawach wykonane z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (polipropylen spunbond 23g/m<sup>2</sup> + folia PE 15g/m<sup>2</sup>), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M, L, XL i XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy pakietu nr 17, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy pakietu nr 17, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 150x240cm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ- poz. 3 dotyczy serwety , a nie osłony**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy pakietu nr 17, poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 150x240cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy pakietu nr 17, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy pakietu nr 17, poz.9, 10**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy pakietu nr 17, poz.10**

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy pakietu nr 18, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:

górną część z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolną część z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy pakietu nr 18, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:

górną część z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolną część z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm wykonana z folii o gramaturze o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy pakietu nr 18, poz.2, 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę pakowaną a'1sztuka?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy pakietu nr 18, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści osłonę o długości 250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy pakietu nr 18, poz.4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w kształcie kuli w rozmiarze 65x85cm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy pakietu nr 19, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu Spunlance o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>, standardowy, prosty rękaw, szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szycia, odporności na przenikanie cieczy 22cm H<sub>2</sub>O, paro przepuszczalności 6200g/m<sup>2</sup>/24h, opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, o długościach M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy pakietu nr 19, poz.1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuch charakteryzował się odpornością na alkohole.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy pakietu nr 19, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 38g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 28**

**Dotyczy pakietu nr 19, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z prostym standardowym rękawem, pakowany razem z 2 serwetkami w rozmiarze 30x30cm, o paro przepuszczalności 330L/sek/m2 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 29**

##### **Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3, niżej opisanego fartucha, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Jałowy fartuch chirurgiczny, jednorazowy z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; dobrze widoczne oznakowanie rozmiaru; na całości fartucha szwy wykonane techniką ultra-dźwiękową; pakowane papier-folia; w zestawie 2 ręczniki; dobre mocowanie kartonika na trokach, na odpowiedniej wysokości (pasa) umożliwiające zawiązywanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego; przy szyji rzep, dobrze zapinający i nie odstający. Fartuch posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie w części przedniej i na rękawach. Rozmiary: M, L, XL, XXL. Zgodny z normą PN-EN 13795

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 30**

##### **Dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 zestawu w niżej opisanym składzie?

1. Miska medyczna przezroczysta 1000ml – 1szt
2. Serweta dwuwarstwowa 75x80cm (PE+PP) z otworem przyklepnym 6x15cm, o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro 125N i chłonności 458%
3. Serweta dwuwarstwowa 50x60cm (PE+PP), o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro 125N i chłonności 458%
4. Pean prosty 14cm – 1szt
5. Tupfery włókninowe 30/30cm – 6szt.

Całość pakowana w torebkę papier-folia wyposażoną w podwójną etykietę przyklepną, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylizowany EO.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie nr 31**

##### **Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 1: Serweta 50x60 cm z otworem 6x8 cm nieprzyklepnym. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1, 2, 3) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min.450%. Zaoferowany asortyment winien być bezzapachowy (nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 32**

##### **Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 1: Serweta 75x90cm z otworem 6x8 cm nieprzyklepnym. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1, 2, 3) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min.450%. Zaoferowany asortyment winien być bezzapachowy (nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie nr 33**

##### **Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz.2 Serweta jałowa dwuwarstwowa z centralnym otworem przyklepnym rozmiar 50x60 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 34**

##### **Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz.3 Serweta 120 x150cm z otworem przyklepnym 5x7 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1, 2, 3) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min.450%. Zaoferowany asortyment winien być bezzapachowy (nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 35**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, w okolicach szyi zapięcie na długi i wygodny rzep? Fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 36**

**Dotyczy pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup> w części przedniej i 40,5 g/m<sup>2</sup> na rękawach? Fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie SIWZ.**

**Pytanie nr 37**

**Dotyczy pakietu nr 19, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wszytymi w sposób prosty, dostępny w rozmiarach S/M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large, XL long- 170 cm, pakowany w opakowanie papierowo - foliowe z dwiema etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na opakowaniu, zapakowany dodatkowo z dwoma ręcznikami? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 38**

**Dotyczy pakietu nr 19, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 39**

**Dotyczy pakietu nr 19, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, z rękawami wszytymi w sposób prosty, z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, zapakowany w papier krepowy, z dwoma ręcznikami chłonnymi do wytarcia rąk w rozmiarze 30cm x 40cm? Fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 40**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 55 mmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min.140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 41**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.1,4**

Prosimy o wyjaśnienie czy przez zapis „zaoferowany asortyment winien być bezzapachowy” należy rozumieć obłożenia/serwety sterylizowane tlenkiem etylenu

**Odpowiedź: TAK zaoferowany asortyment -obłożenia /serwety winien być bezzapachowy po sterylizacji .**

**Pytanie nr 42**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.1-2**

Prosimy o dopuszczenie obłożenia o wytrzymałości na rozerwanie na morko i sucho min.190 kPa zamiast min. 200 kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 43**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.1-2**

Prosimy o dopuszczenie obłożeń zawierających 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 112x152cm (zamiast 112x125cm) z otworem 8x10, wzmocnienie 47x51 z włókniny (polipropylen, polietylen) o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup> .(zamiast 75 g/m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 45**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy serweta główna winna posiadać zwężone (nie szersze niż 2,5cm) taśmy lepne wokół otworu zapewniające bezpieczeństwo i łatwą aplikację serwety a przede wszystkim zastosowane w celu ochrony szwów podczas zdejmowania serwety po zabiegu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x75 cm z otworem przylepnym owalnym 6x8cm, serweta wykonana z bilaminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na mokro i sucho min. 197 kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 47**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie serwety na głowę do zawijania w tzw. turban 2- elementowa przylepna 82,5x107cm zamiast 82x107cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 48**

**Dotyczy pakietu nr 3 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm zamiast 77x142cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 49**

**Dotyczy pakietu nr 5 poz.4**

Prosimy o wyjaśnienie czy przez wzmocnienie antypoślizgowe Zamawiający rozumie antypoślizgową matę na narzędzia w rozmiarze 25x46 cm?

**Odpowiedź: NIE, zamawiający nie wymaga maty antypoślizgowej na narzędzia w zestawie.**

**Pytanie nr 50**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleźynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm<sup>2</sup>, rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu. Warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni. W zestawie prześcieradło transportowe o udźwigu ok. 226 kg.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. (wymagana warstwa chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła).**

**Pytanie nr 51**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej lepszej chłonności płynów niż opisana tj. 3l/m<sup>2</sup> w rozmiarze 71x101 cm .Mata posiada foliowy, antypoślizgowy spód zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Mata nie jest wyrobem medycznym, tzn. jest objęta 23% stawka VAT.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. (wymagana możliwość przytwierdzenia do podłogi).**

**Pytanie nr 52**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na podłokietniki o wymiarach 31,5cmx71cm +/-2cm pakowanych po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53**

**Dotyczy pakietu nr 1 poz.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji z pakietu i zaferowanie uniwersalnego obłożenia zawiniętego w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety, gramatura serwety 84 g/m<sup>2</sup>, serweta na stół Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m<sup>2</sup>, grubość folii 45µm - folia piaskowana, 1 szt. serwety 175x200cm zamiast 170x200, 1 szt. serwety 180x170cm zamiast 175x170, 2 ręczniki włókninowe 20x40 zamiast celulozowych 33x33cm, 1 kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 42x35cm zamiast kieszeni 43x38cm, 1 taśma samoprzylepna 9x50cm zamiast 10x50cm, opakowanie bezpieczne typu TYVEC zamiast VentBag, wszystkie pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyłącza pozycję 6 z pakietu nr1 do odrębnego pakietu, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 54**

**Dotyczy pakietu nr 3 poz.1**

Czy można zaferować jałowy fartuch chirurgiczny, jednorazowy z włókniny typu SMS o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej? Wszystkie pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 55**

**Dotyczy pakietu nr 15 poz.1**

Czy można zaferować zestaw z serwetą o rozmiarze 240x150cm, przylepną wzmocnioną, wykonaną na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (bez pada 50 x75cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 56**

**Dotyczy pakietu nr 15 poz.1**

Czy można zaferować serwetę z gazy 17 nitkowej z kontrastem RTG?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 57**

**Dotyczy pakietu nr 15 poz.2,3,5,6**

Czy można zaferować zestawy z serwetą na stół narzędziowy wzmocnioną o rozmiarze 190x150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 58**

**Dotyczy pakietu nr 15 poz.3**

Czy można zaferować zestaw do operacji tarczycy z tupferami gazowymi wykonanymi z gazy 17 nitkowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 59**

**Dotyczy pakietu nr 16**

Czy można zaferować fartuch chirurgiczny wzmocniony z nieprzemakalnymi wstawkami z laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa 25 mikronów + włóknina polipropylenowa 16 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura laminatu 40g/m<sup>2</sup> o rozmiarach M; L; XL; XXL? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Wymóg włókniny typu spunlace.**

**Pytanie nr 60**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.3**

Czy można zaferować serwetę chirurgiczną, sterylną o wymiarach 240x180cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 61**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.5**

Czy można zaferować osłonę na kończynę o rozmiarach 45x80cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 62**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.6**

Czy można zaferować serwetę o rozmiarze 240x180cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 63**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.7**

Czy można zaferować serwetę o rozmiarze 90x150cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 64**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.8**

Czy można zaferować taśmy o rozmiarze 9x50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 65**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.10**

Czy można zaferować serwetę z otworem o średnicy 8cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 66**

**Dotyczy pakietu nr 21 poz.1**

Czy można zaferować zestaw do zabiegów angioplastycznych z serwetą główną o rozmiarze 235x320cm z panelem przezroczystym z prawej strony o rozmiarze 90x320cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 67**

**Dotyczy pakietu nr 9,13**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zestawy i obłożenia, w których wymagania techniczne są wartościami minimalnymi.

**Odpowiedź: Tak, potwierdzamy, że wymagania techniczne są wartościami minimalnymi.**

**Pytanie nr 68**

**Dotyczy pakietu nr 16**

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach oznaczonych symbolami: L, LL, XL, XLL, XXLL odpowiadających rozmiarom S, M, L, XL, XXL pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 69**

**Dotyczy pakietu nr 18 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 jednoczęściowej osłony na ramię C wykonanej z folii PE w rozmiarze 117x183cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 70**

**Dotyczy pakietu nr 18 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 osłony na przewody w rozmiarze 18x250cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 71**

**Dotyczy pakietu nr 18 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 4 pokrowca na aparaturę ściągniętego gumką w rozmiarze 75x75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 72**

**Dotyczy pakietu nr 19 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 : Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlaced, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 8 cm., z graficznym oznaczeniem rozmiaru na fartuchu , troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą, fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub



papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Fartuch wykonany z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach: gramatura min .68 g/ m<sup>2</sup> wytrzymałość na rozrywanie - sucho/ mokro min. 230/180 kPa, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100 cm<sup>2</sup> na całej powierzchni, paroprzepuszczalność 52000g/m<sup>2</sup>/24h, rozmiar LL – długość 131 cm, XLL – 145 cm, XXL-XL – 161 cm. Sterylizacja radiacyjna.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 73**

**Dotyczy pakietu nr 19 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 : sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 74**

**Dotyczy pakietu nr 19 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 : sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 75**

**Dotyczy pakietu nr 3 poz.1**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów wykonanych z włókniny SMS

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sms ale pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 76**

**Dotyczy pakietu nr 8 poz.2**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety operacyjnej o wymiarach 50cm x 60cm otwór samoprzylepny Ø 7 cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 77**

**Dotyczy pakietu nr 1 poz.1,2**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów wykonanych z włókniny SMS

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 78**

**Dotyczy pakietu nr 1 poz.3**

czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie wy-konawców.

**Odpowiedź: Zamawiający wyłącza pozycję 3 z pakietu nr1 do odrębnego pakietu, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 79**

**Dotyczy pakietu nr 1 poz.5**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnego obłożenia do cystoskopii o poniższym składzie:

Skład zestawu jest następujący :

- 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
  - 1 x serweta dwuwarstwowa do ginekologii/cystoskopii 75 x 200 cm, otwór nieprzylepny 8 x 12 cm. Bez osłon na kończyń
  - 2 x osłony na kończyń 75 x 120 cm
  - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- Pozostałe parametry spełnione.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 80**

**Dotyczy pakietu nr 1 poz.6**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego uniwersalnego z kieszenią posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta przylepna 200 x 170 cm
- 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm
- 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm
- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
- 1 x skalpel bezpieczny Nr 15
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm.

Pozostałe parametry spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 81**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.1**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej na stolik Mayo wykonanej w całości z folii PE, wzmocniona na całości serwety włókniną polipropylenową, wzmocnienie o wymiarach 60 x 145cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 82**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.2,3,4,9,10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 83**

**Dotyczy pakietu nr 17 poz.9**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej o wymiarach 75cm x 90cm otwór samoprzylepny  $\varnothing$  7 cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 84**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o chłonności min. 3,7ml? Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 85**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dla potwierdzenia wymaganej chłonności, oczekuje badań z akredytowanego laboratorium opartego na znormalizowanej metodzie o dokładności +/- 5%.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.**

**Pytanie nr 86**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy dla zminimalizowania ryzyka błędu Zamawiający oczekuje aby zaoferowany podkład był opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy w sposób trwały (nadruk na etapie produkcji) i czytelny, przez co łatwy do identyfikacji także po rozpakowaniu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 87**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty na produkt zarejestrowany jako artykuł higieniczny?.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 88**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej osłony na podłokietnik o długości 76cm i szerokości 33cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 89**

**Dotyczy pakietu nr 12 poz.1,2,3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wpisanie do SIWZ zapisu „Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo do wezwania wykonawcy o dostarczenie bezpłatnej próbki zaoferowanego asortymentu na każdym etapie trwania postępowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Niniejszym zawiadamiamy, że działając w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 15.06.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze, sprostowanie.

Jednocześnie informujemy, że **termin składania ofert** ustalony na dzień **19.06.2018 r. do godz. 11:00 ulega przesunięciu na dzień 05.07.2018 r. do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2018 r. o godzinie 13:00. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 12a ust. 3 PZP została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zamieścił również na stronie internetowej [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl) modyfikację SIWZ oraz Formularza cenowego Załącznik nr 2 do SIWZ, dla pakietów 1, 24,25.

Sekretarz Komisji Przetargowej

  
mgr Ewa Twardowska