



Łódź, dn. 2018-06-20

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2018-05-18 pod nr 2018/S 094-213051

Nr sprawy: **ZP/31/ 2018**

### Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. *Dotyczy:* Umowy:

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 6 do SIWZ, poprzez zmianę par. 5 ust. 4 na regulację następującym brzmieniu: „Towar jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku.”

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

2. *Dotyczy:* Umowy:

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie do par. 5 ust. 6 zdania o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, gdy w „Banku” znajduje się towar, któremu upłynął termin ważności. Do obowiązków Wykonawcy należy, zgodnie z par. 5 ust. 9- w przypadku zbliżania się do końca terminu ważności produktów powierzonych w ramach „Banku” - wymiana na nowe bez dodatkowej zapłaty. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku po upływie terminu ważności powierzonego produktu, Zamawiający będzie naliczał karę za zwłokę w wykonaniu reklamacji, zgodną z par. 8 ust. 1 pkt. c).**

3. *Dotyczy:* Umowy:

Czy w ramach wykonania umowy zamawiający będzie powierzał wykonawcy jakiegokolwiek dane osobowe lub zaistnieje konieczność powierzenia zamawiającemu przez wykonawcę danych osobowych pracowników wykonawcy? Jeżeli tak, czy zamawiający zgodzi się dodać do par. 9 ust. 4 o treści:

„Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzanie podstawowych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dot. stanowiska i zakresu kompetencji) pracowników uczestniczących w realizacji umowy, dla celów jej realizacji i bieżących kontaktów przy wykonywaniu Umowy, na czas jej obowiązywania. Strona mająca dostęp do danych ma następujące obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych:

- będzie przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejszą umową i innymi pisemnymi instrukcjami strony przekazującej dane osobowe, wyłącznie na udokumentowane polecenie Strony przekazującej, tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy, chyba że obowiązek taki nakłada na tę Stronę przepis prawa; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Strona Przetwarzająca informuje Stronę Przekazującą o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- w przypadku, gdy Strona przekazująca wyrazi zgodę na dalsze powierzenie przez Stronę przetwarzającą przetwarzania danych osobowych w imieniu Strony przekazującej w celu świadczenia usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona przetwarzająca zapewni, że każdy podzleceniobiorca zostanie zobowiązany do ochrony danych co najmniej na poziomie określonym w niniejszej Umowie. Pełna

odpowiedzialność za wywiązanie się ze spoczywających na podzleceniobiorcy obowiązkach spoczywa na Stronie przetwarzającej;

- e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Stronie przekazującej poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;
- f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej informacje, pomaga Stronie przekazującej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
- g. po zakończeniu powierzenia przetwarzania, zaleźnie od decyzji Strony przekazującej, usuwa lub zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
- h. udostępnia Stronie przekazującej wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków administratora oraz umożliwia Stronie przekazującej lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich."

**Odp. Jeżeli zaistnieje konieczność powierzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę danych osobowych pracowników Wykonawcy strony zawrą odrębną umowę powierzenia, przetwarzania danych osobowych.**

4. Dotyczy: **Pakiet nr 12 poz. 20**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

5. Dotyczy: **Pakiet nr 16 poz. 17**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

6. Dotyczy: **Pakiet nr 17 poz. 14**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

7. Dotyczy: **Pakiet nr 20 poz. 16**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

8. Dotyczy: **Pakiet nr 25 poz. 12**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń nie oferujących możliwości wykonania badania MRI?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

9. Dotyczy: **Pakiet nr 28 poz. 12**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

10. Dotyczy: **Pakiet nr 10**

*Prosimy o dopuszczenie oferty z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiznie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.*

**Odp. NIE.**

11. Dotyczy: **Pakiet nr 10**

*Prosimy o dopuszczenie przewodnika angioplastycznego 0,014 cal.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

12. Dotyczy: **Pakiet nr 10**

*Prosimy o dopuszczenie oferty bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.*

**Odp. NIE.**

13. Dotyczy: **Pakiet nr 13**

*Prosimy o dopuszczenie zestawów ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

14. Dotyczy: **Pakiet nr 15**

*Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez tachogramu odstępu RR.*

**Odp. NIE.**

15. Dotyczy: *Pakiet nr 22*

*Prosimy o dopuszczenie zestawów ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

16. Dotyczy: *Pakiet nr 24*

*Prosimy o dopuszczenie zestawów ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

17. Dotyczy: *Pakiet nr 27*

*Prosimy o dopuszczenie oferty z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiznie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

18. Dotyczy: *Pakiet nr 27*

*Prosimy o dopuszczenie oferty bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

19. Dotyczy: *Pakiet nr 31*

*Bardzo prosimy o określenie proporcji (np procentowej) w ilości koszulek peel-away z kablem oraz bez kabla pomiarowego w komplecie (wymóg z pozycji 6); Zamawiający wymaga bowiem dwóch odmiennych koszulek (standardowych i o wiele droższych) w jednym niepodzielnym pakiecie, co wpływa niekorzystnie na wynik ekonomiczny.*

**Odp. Wg SIWZ, do decyzji zamawiającego.**

20. Dotyczy: *Pakiet nr 10 poz. 6*

*Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody LV typu OTW bez elektrody unipolarnej?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

21. Dotyczy: *Pakiet 14 poz. 3*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o wadze 81 g- DF 4 i 82 g – DF 1 . Parametry te niewiele odbiegają od wymagań SIWZ .*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

22. Dotyczy: *Pakiet 14 poz. 6*

*Czy Zamawiający wymaga maksymalną liczbę wyładowań w jednym cyklu - min. 8 dla każdej ze stref terapii?*

**Odp. NIE.**

23. Dotyczy: *Pakiet 14 poz. 21*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

24. Dotyczy: *Pakiet 19 poz. 6*

*Czy Zamawiający wymaga maksymalną liczbę wyładowań w jednym cyklu - min. 8 dla każdej ze stref terapii?*

**Odp. NIE.**

25. Dotyczy: *Pakiet 19 poz. 10*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z dostępną terapią antyarytmiczną min 2 typy?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

26. Dotyczy: *Pakiet nr 19 poz. 17*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

27. Dotyczy: *Pakiet nr 24 poz. 12*

*Czy Zamawiający wymaga maksymalną liczbę wyładowań w jednym cyklu - min. 8 dla każdej ze stref terapii ?*

**Odp. NIE.**

28. Dotyczy: *Pakiet nr 24 poz. 26*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

29. Dotyczy: *Pakiet nr 24 poz.4*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o wadze 82 g- DF 4 i 83 g – DF 1. Parametry te niewiele odbiegają od wymagań SIWZ .*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

30. Dotyczy: *Pakiet nr 24 poz.6*

*Czy Zamawiający wymaga urządzenia z funkcją auto MRI ? Urządzenie samo rozpozna pole magnetyczne i automatycznie przełączy się w tryb bezpieczny dla wykonania rezonansu magnetycznego .*

**Odp. NIE.**

31. Dotyczy: *Pakiet nr 24 poz. 11*

*Czy Zamawiający wymaga dostarczana energia defibrylacji - min. 37 [J]?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

32. Dotyczy: *Pakiet nr 24 poz.24*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

33. Dotyczy: *Pakiet nr 23 poz. 4*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

34. Dotyczy: *Pakiet nr 23 poz. 19*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

35. Dotyczy: *Pakiet nr 23 poz. 21*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

36. Dotyczy: *Pakiet nr 27 poz. 3*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o wadze 88 g, ale energii zmagazynowanej 45 J?*

**Odp. NIE.**

37. Dotyczy: *Pakiet nr 27 poz. 10*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dostępną terapią antyarytmiczną min 2 typy?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

38. Dotyczy: *Pakiet nr 27 poz. 18*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v?*

**Odp. NIE.**

39. Dotyczy: *Pakiet nr 28 poz. 4*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

40. Dotyczy: *Pakiet nr 28 poz. 19*

*Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

41. Dotyczy: *Pakiet nr 28 poz. 21*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

42. Dotyczy: *Pakiet nr 15*

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 77/78 g? Pozostałe parametry wg SIWZ.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

43. Dotyczy: *Pakiet nr 18*

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 77/78 g? Pozostałe parametry wg SIWZ.*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

44. Dotyczy: *Pakiet 23*

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 81 g?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

45. Dotyczy: *Pakiet nr 24*

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 81 g?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

46. Dotyczy: *Pakiet nr 27*

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 81 g?*

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

47. Dotyczy: **Pakiet nr 27**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii dostarczonej 35J?

**Odp. NIE.**

48. Dotyczy: **Pakiet nr 28**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wadze 81g?

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

49. Dotyczy: **Pakiet nr 28**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej liczbie wyładowań w jednym cyklu 6?

**Odp. NIE.**

50. Dotyczy: **Pakiet nr 29**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wadze 81g?

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

51. Dotyczy: **Umowy:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

52. Dotyczy: **Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5 ust. 1).

**Odp. Zamawiający wszelkie konieczne zapisy zawarł we Wzorze umowy.**

53. Dotyczy: **Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 5 ust. 1).

**Odp. Taki zapis istnieje w § 5 ust. 6 Wzoru umowy.**

54. Dotyczy: **Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5 ust. 11).

**Odp. Zamawiający wszelkie konieczne zapisy zawarł we Wzorze umowy.**

55. Dotyczy: **Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5 ust. 11).

5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny przedstawionej w ofercie, z następujących tytułów:
  - a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % za dostawy, od wykonania których odstąpił (ilości szacunkowe stają się podstawą do określenia wartości i ilości przedmiotu zamówienia);
  - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 4 towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru**;
  - c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru**.

**Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ w zakresie pkt. c).**

56. Dotyczy: **Formularza asortymentowo-cenowego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie akcesoriów zużywalnych do sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii niebędących sklasyfikowanymi jako wyroby medyczne i w związku z tym objętych podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%?

**Odp. Stawka Vat określona w Formularzu asortymentowo-cenowym jest wartością domyślną. Zamawiający wymaga, aby to Wykonawca „zaakceptował bądź zmienił stawkę podatku Vat” (Uwaga- Formularz asortymentowo-cenowy).**

57. Dotyczy: **załącznik nr 5 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie wprowadzenie zmian do oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu na rynek polski oferowanych produktów – wg zał. nr 5 do SIWZ, poprzez dodatkowe wskazanie pozycji, które nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne ani wyroby farmaceutyczne?

**Odp. Załącznik nr 5 do SIWZ- OŚWIADCZENIE o dopuszczeniu do obrotu na rynek polski oferowanych produktów ma w swoją treść wpisaną możliwość określenia zarówno przedmiotu oferowanego, jak i możliwość określenia przepisów na podstawie których Wykonawca posiada dopuszczenie od obrotu (można „niepotrzebne” skreślić bądź po prosu wpisać „nie dotyczy”).**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
  - 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, poprzez wprowadzenie Części nr II SIWZ o nowej treści, dotyczącej obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  
Konsekwencją dokonanej zmiany są zmiany numerów kolejnych części SIWZ a także odnośników do tych części.
  - 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, poprzez wprowadzenie nowego Załącznika nr 7 do SIWZ, stanowiącego oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  
Konsekwencją dokonanej zmiany są zmiany dotyczące wymaganych dokumentów załączanych do oferty oraz zmiany modyfikujące wykaz załączników do SIWZ.
  - 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Wzór umowy § 8 ust. 1 pkt. c), który uzyskuje brzmienie:  
„ c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5% wartości reklamowanego towaru**, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji.”
  - 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Wzór umowy § 4 ust. 2, który uzyskuje brzmienie:  
„2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Zamawiającemu zostanie dostarczony towar wolny od wad lub uzupełniony brak w terminie ..... **dni (min. 1 dzień – max 5 dni roboczych pn-pt)**, licząc od dnia złożenia reklamacji.”  
oraz analogiczny zapis w Formularzu oferty a także zapis w SIWZ Część XVI pkt. 3- Termin wykonania reklamacji.
  - 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Wzór umowy § 2 ust. 3, który uzyskuje brzmienie:  
„3. Wielkość i termin dostarczenia każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych przesyłanych mailem lub faxem zamówień.”
  - 1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 12 poz. 20, który uzyskuje brzmienie:

20.	Możliwość wykonania badania MRI <b>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4</b>	1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 16 poz. 17, który uzyskuje brzmienie:
17.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu. <b>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4.</b>	1.8. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 17 poz. 14, który uzyskuje brzmienie:
14.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu. <b>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4.</b>	1.9. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 20 poz. 16, który uzyskuje brzmienie:
16.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu. <b>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4.</b>	1.10. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 25 poz. 12, który uzyskuje brzmienie:
12.	Możliwość wykonania badania MRI <b>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń nie oferujących możliwości wykonania badania MRI.</b>	

1.11. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 28 poz. 12, który uzyskuje brzmienie:

12.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu. <b>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4.</b>
-----	--

1.12. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 10 poz. 5, który uzyskuje brzmienie:

5.	Prowadnik angioplastyczny <b>0,014 cal lub 0,016 cal</b>
----	--

1.13. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 13 poz. 17, który uzyskuje brzmienie:

17.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu <b>Zamawiający dopuszcza zestawy ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.</b>
-----	---

1.14. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 22 poz. 13, który uzyskuje brzmienie:

13.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu <b>Zamawiający dopuszcza zestawy ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.</b>
-----	---

1.15. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 24 poz. 22, który uzyskuje brzmienie:

17.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu <b>Zamawiający dopuszcza zestawy ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.</b>
-----	---

1.16. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 27 poz. 26, który uzyskuje brzmienie:

26.	Elektrody przedsiolkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F <b>Zamawiający dopuszcza ofertę z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiźnie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.</b>
-----	--

1.17. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 27 poz. 12, który uzyskuje brzmienie:

12.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu <b>Zamawiający dopuszcza oferty bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.</b>
-----	---

1.18. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 10 poz. 6, który uzyskuje brzmienie:

6.	Elektroda LV typu OTW: unipolarna i bipolarna do wyboru przez zamawiającego <b>Zamawiający zaakceptuje elektrody LV typu OTW bez elektrody unipolarnej.</b>
----	--

1.19. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 14 poz. 3, który uzyskuje brzmienie:

3.	Waga 80 gramów lub poniżej <b>Zamawiający zaakceptuje urządzenia o wadze 81 g- DF 4 i 82 g – DF 1.</b>
----	---

1.20. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 14 poz. 21, który uzyskuje brzmienie:

21.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną.</b>
-----	--

1.21. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 19 poz. 10, który uzyskuje brzmienie:

10.	Terapia stymulacją antyarytmiczną <b>min 2 typy.</b>
-----	--

1.22. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 19 poz. 17, który uzyskuje brzmienie:

17.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego <b>Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną.</b>
-----	---

1.23. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 24 poz. 26, który uzyskuje brzmienie:

26.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną.</b>
-----	--

1.24. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 24 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:

4.	Waga <b>81 gramów lub poniżej</b> <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 82 g- DF 4 i 83 g – DF 1.</b>
----	--

1.25. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 24 poz. 11, który uzyskuje brzmienie:

11.	Dostarczana energia defibrylacji - dostępne <b>min. 37 [J]</b>
1.26.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 24 poz. 24, który uzyskuje brzmienie:
24.	Możliwość automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v.</b>
1.27.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 23 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:
4.	Waga <b>81 gramów</b> lub poniżej <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1.</b>
1.28.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 23 poz. 19, który uzyskuje brzmienie:
19.	Możliwość automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v.</b>
1.29.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 23 poz. 21, który uzyskuje brzmienie:
21.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną.</b>
1.30.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 27 poz. 10, który uzyskuje brzmienie:
10.	Terapia stymulacją antyarytmiczną <b>min 2 typy</b>
1.31.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 28 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:
4.	Waga <b>81 gramów</b> lub poniżej <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1.</b>
1.32.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 28 poz. 19, który uzyskuje brzmienie:
19.	Możliwość automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v.</b>
1.33.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 28 poz. 21, który uzyskuje brzmienie:
21.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne; jedno- i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną.</b>
1.34.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 15 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:
4.	Waga <b>77/78 gramów</b> lub poniżej.
1.35.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 18 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:
4.	Waga <b>77/78 gramów</b> lub poniżej.
1.36.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 23 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:
4.	Waga <b>81 gramów</b> lub poniżej <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1.</b>
1.37.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 24 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:
4.	Waga <b>81 gramów</b> lub poniżej <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 82 g- DF 4 i 83 g – DF 1.</b>
1.38.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 27 poz. 3, który uzyskuje brzmienie:
3.	Waga <b>81 gramów lub poniżej</b>
1.39.	Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 28 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:
4.	Waga <b>81 gramów</b> lub poniżej <b>Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1.</b>



1.40. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 29 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:

4.	Waga <b>81 gramów</b> lub poniżej
----	-----------------------------------

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2018-07-06**, godzina **10<sup>00</sup>**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **12<sup>00</sup>** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2018-09-03**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej