



Łódź, dn. 2018-07-02

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2018-05-18 pod nr 2018/S 094-213051

Nr sprawy: **ZP/31/ 2018**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. *Dotyczy:* **Pakiet nr 24**

W związku z tym, że Zamawiający wymaga kardiowertera – defibrylatora z funkcją resynchronizacji zaawansowanego o podwyższonej liczbie wyładowań z funkcją telemonitoringu, czy kryterium wymaganym jest, aby w każdej ze stref detekcji tachyarytmii komorowej było dostępnych 8 terapii wysokoenergetycznych. Jednocześnie urządzenia dają możliwość zaprogramowania w strefach VT przynajmniej 2 różnych terapii niskoenergetycznych ATP (burst /rump) bez ograniczenia ilości szoków.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. *Dotyczy:* **Pakiet nr 29**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia IS4 DF1 nonMRI?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

3. *Dotyczy:* **Pakiet nr 26**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 80 i 81g?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

4. *Dotyczy:* **Pakiet nr 29**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie czteropolowe MRI, IS4 wyłącznie z portem DF4?

Odp. NIE.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
 - 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 24 poz. 7, który brzmi:

7.	Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej Zamawiający dopuszcza zaferowanie kardiowertera – defibrylatora z funkcją resynchronizacji zaawansowanego o podwyższonej liczbie wyładowań z funkcją telemonitoringu. Dopuszcza się, aby w każdej ze stref detekcji tachyarytmii komorowej było dostępnych 8 terapii wysokoenergetycznych. Jednocześnie urządzenie może dać możliwość zaprogramowania w strefach VT przynajmniej 2 różnych terapii niskoenergetycznych ATP (burst /rump) bez ograniczenia ilości szoków.
----	--

- 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 26 poz. 4, który uzyskuje brzmienie:

4.	Waga 70 gramów lub poniżej Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 80 i 81g.
----	---

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 29 poz. 2, który uzyskuje brzmienie:

2.	Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej. Zamawiający dopuszcza urządzenia IS4 DF1 nonMRI.
----	---

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2018-07-10**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **12⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2018-09-07**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

