



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 22 czerwca 2018 r.

ZP/39/2018

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 R. (Dz.U. Z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 1 w pozycji 1 użytkowanych obecnie przez Zamawiającego dializatorów niskoprzepływowych, z błoną syntetyczną, helixonową, sterylizowaną parą wodną o powierzchni 1,4 m² ?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 1 w pozycji 4 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych parą wodną o powierzchni 2,2 m²?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 1 w pozycji 5 dializatorów z błoną kardioprotekcyjną CorDiax, do usuwania średnich i dużych cząstek?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu 5

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 koncentratów w kanistrach 5 i 10l, spełniających pozostałe wymagania siwz.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni większej lub równej 2,2m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

W związku z tym, że nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej ofercie pełny asortyment produktów wymaganych w Pakiecie nr 1, prosimy, by Zamawiający zechciał wydzielić Pozycję nr 5 i utworzyć oddzielny Pakiet zawierający tylko Poz. nr 5 (Dializator z błoną typu medium Cut-Off), przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4, 5

W związku z tym, że nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej ofercie pełny asortyment produktów wymaganych w Pakiecie nr 1, prosimy, by Zamawiający zechciał wydzielić Pozycję nr 4 i nr 5 i utworzyć oddzielny Pakiet zawierający tylko Poz. nr 4 i nr 5, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ.

ODP: W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do dwóch osobnych pakietów.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 3 poz. 1 i 2 dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi tlenkiem etylenu, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 9

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, zostały zastąpione słowem „zwłokę”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14;



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego w Łodzi
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 10

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu nr 13 - System CADO i ADO do pozycji 3.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13. w pozycji 3,2 worków do ADO z płynem dializacyjnym o objętości 2,5 L stężenie wapnia : 1,25 mmol/l, stężenie glukozy : 1,36% ; 2,27% ?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 2 , przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 13

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 4 , przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 14


Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3.2



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13. w pozycji 3,2 worków do ADO z płynem dializacyjnym o objętości 2,5 L stężenie wapnia : 1,25 mmol/l, stężenie glukozy : 1,36% ; 2,27% ?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu nr poz.

Czy zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 2 pozycję Nr 1 , przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert ?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu nr poz.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość złożenia ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu Nr 1?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie każdej pozycji do osobnego pakietu



ul. Pomorska 251 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”

