



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2018-09-06

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa materiałów szewnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2018-07-20 pod nr **2018/S 138-314750**.

Nr sprawy: **ZP/45/ 2018**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy: Pakiet nr 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji siwz.

2. Dotyczy: Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) i szew o długości 75 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.3.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu standardową igłę okrągłą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.5.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji materiału szewnego plecionego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach. W razie odmownej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostzonego wysmukłego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 1 – 10

Czy Zamawiający dopuści nić wykonaną z politereftalanu pokrytą silikonem bez udokumentowanego pokrycia każdego włókna z osobna?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy: **Pakiet nr 4, poz. 1 – 10**

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze zielonym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy: **Pakiet nr 4, poz. 4 – 6, 9 – 10**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu producentckiego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu szew poliamidowy? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producentckiego.

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

11. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz. 2 – 8, 10**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do przetargu szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz. 9, 11-18**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do przetargu szwy polipropylenowe bez dodatku glikolu polietylenowego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy: **Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany, syntetyczny, z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniający do 90 dni?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

14. Dotyczy: **Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: zaofiarowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica w powleczeniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprządzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy: **Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

16. Dotyczy: **Pakiet nr 10, poz. 1 – 4**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Dotyczy: **Pakiet nr 10, poz. 5-6**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-6 do osobnego pakietu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. Dotyczy: **Pakiet nr 10, poz. 5-6**

Czy Zamawiający dopuści szwy monofilamentowe, wchłaniające, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie całkowitej absorpcji 180-210 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Dotyczy: **Pakiet nr 11, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. Dotyczy: **Pakiet nr 11, poz. 15**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do przetargu szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producentckiego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. Dotyczy: **Pakiet nr 12**

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany, syntetyczny, z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymaniu tkankowym ok. 80% po 14 dniach od zaimplantowania, wchłaniany od 60 do 90 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. Dotyczy: **Pakiet nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

23. Dotyczy: **Pakiet nr 13**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Dotyczy: **Pakiet nr 13, poz. 7**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Dotyczy: **Pakiet nr 13**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

26. Dotyczy: **Pakiet nr 14, poz. 5**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 do osobnego pakietu producenckiego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Dotyczy: **Pakiet nr 15**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica w powleczeniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Dotyczy: **Pakiet nr 20**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. Dotyczy: **Pakiet nr 21**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica w powleczeniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. Dotyczy: **Pakiet nr 21**

Czy Zamawiający dopuszcza różnicę w długości igły? Jeżeli tak, to jaki to jest przedział?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

31. Dotyczy: **Pakiet nr 21, poz. 14, 20**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą o długości 22 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

32. Dotyczy: **Pakiet nr 22**

Czy Zamawiający dopuszcza różnicę w długości igły? Jeżeli tak, to jaki to jest przedział?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

33. Dotyczy: *Pakiet nr 22, poz. 3*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 37 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

34. Dotyczy: *Pakiet nr 22, poz. 6*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 9 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

35. Dotyczy: *Pakiet nr 23*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew bez czynnika antybakteryjnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

36. Dotyczy: *Pakiet nr 24*

- Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i L-laktydopolu (glikolid i L-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica w powleczeniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza różnicę w długości igły? Jeżeli tak, to jaki to jest przedział?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

37. Dotyczy: *Pakiet nr 26*

Czy Zamawiający dopuszcza różnicę w długości igły? Jeżeli tak, to jaki to jest przedział?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

38. Dotyczy: *Pakiet nr 27, poz. 18, 25*

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostzonego wysmukłego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

39. Dotyczy: *Pakiet nr 27*

Czy Zamawiający dopuszcza różnicę w długości igły? Jeżeli tak, to jaki to jest przedział?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

40. Dotyczy: *Pakiet nr 27, poz. 17, 22, 23, 26, 27*

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew w kolorze niebieskim lub czarnym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

41. Dotyczy: *Pakiet nr 28*

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w papierowy nośnik nici z bezpośrednim dostępem do igły oraz w saszetkę z mankietem umożliwiającym łatwe, szybkie i bezpieczne otwarcie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

42. Dotyczy: *Pakiet nr 28*

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniany, syntetyczny, monofilament polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

43. Dotyczy: *Pakiet nr 29*

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

44. Dotyczy: *Pakiet nr 30*

- Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w papierowy nośnik nici z bezpośrednim dostępem do igły oraz w saszetkę z mankietem umożliwiającym łatwe, szybkie i bezpieczne otwarcie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza różnicę w długości igły? Jeżeli tak, to jaki to jest przedział?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

45. Dotyczy: *Pakiet nr 30, poz. 1, 2*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 37 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

46. Dotyczy: *Pakiet nr 30, poz. 3*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 30 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

47. Dotyczy: *Pakiet nr 31*

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

48. Dotyczy: *Pakiet nr 31, poz. 7, 8*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą o długości 11 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

49. Dotyczy: *Pakiet nr 31, poz. 7, 8*

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści również długość 45 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

50. Dotyczy: *Pakiet nr 31, poz. 7, 8*

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści również długość 75 cm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

51. Dotyczy: *Pakiet nr 32, poz. 5*

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniący, syntetyczny, monofilament polipropylenowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

52. Dotyczy: *Pakiet nr 32, poz. 7*

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy powlekany silikonem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

53. Dotyczy: *Pakiet nr 32, poz. 8*

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

54. Dotyczy: *Pakiet nr 33*

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniący, syntetyczny, monofilament poliamidowy?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

55. Dotyczy: *Pakiet nr 33*

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point) bez mikrograwerownia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

56. Dotyczy: *Pakiet nr 34*

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

57. Dotyczy: *Pakiet nr 36*

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w papierowy nośnik nici z bezpośrednim dostępem do igły oraz w saszetkę z mankietem umożliwiającym łatwe, szybkie i bezpieczne otwarcie?

Odp. Pomyłka pisarska. Pakiet dotyczy plecionki niewchłaniącej, jedwabnej, powlekanej woskiem. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

58. Dotyczy: *Pakiet nr 36*

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Pomyłka pisarska. Pakiet dotyczy plecionki niewchłaniącej, jedwabnej, powlekanej woskiem. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

59. Dotyczy: *Pakiet nr 37*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew bez czynnika antybakteryjnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

60. Dotyczy: *Pakiet nr 38, poz. 3*

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 30 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

61. Dotyczy: *Pakiet nr 39, poz. 3*

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrrotnie tnącą mikro-point o krzywiznie 3/8 koła?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

62. Dotyczy: *Pakiet nr 6, pozycja 1*

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

63. Dotyczy: *Pakiet nr 6, pozycja 1*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy - 20%?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

64. Dotyczy: *Pakiet nr 11, pozycja 9-14*

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

65. Dotyczy: *Pakiet nr 14, pozycja 5*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających zszywki w rozmiarze 5,9mm x 3,9mm lub 7,2mm x 4,9mm bez pokrycia teflonem? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

66. Dotyczy: *Pakiet nr 14, pozycja 1-4*

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

67. Dotyczy: *Pakiet nr 14, pozycja 8*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „2”? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

68. Dotyczy: *Pakiet nr 16, pozycja 1 – 2*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrrotnie tnących bez określenia „mikro point” ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

69. Dotyczy: *Pakiet nr 16, pozycja 2*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

70. Dotyczy: *Pakiet nr 33*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów poliamidowych?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

71. Dotyczy: *Pakiet nr 33, pozycja 1 – 4*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowych igieł odwrrotnie tnących nie posiadających opisu „mikrograwerowana, z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem micropoint”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

72. Dotyczy: *Pakiet nr 33, pozycja 3*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

73. Dotyczy: *Pakiet nr 34, pozycja 1 – 3*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrrotnie tnących bez określenia „kosmetyczna” ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

74. Dotyczy: **Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. *Mógłby dopuścić we wszystkich pozycjach nitkę z opisem: „polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający”?*

Odp. Zgodnie z SIWZ.

75. Dotyczy: **Pakiet nr 5**

W przypadku odpowiedzi odmownej na pytanie ww. proszę o wydzielenie z pakietu 5 nitki z opisem „polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający” tj. pozycji 2,3,4,5,6,7,8,10 do oddzielnego pakietu.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

76. Dotyczy: **Pakiet nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 5 dopuści długość igły 8mm lub 10mm zamiast 9mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

77. Dotyczy: **Pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 2 dopuści dł. Igły 8mm zamiast 9mm ?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

78. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz. nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 3 dopuści dł. Igły 10mm zamiast 9mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

79. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz. nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 5 dopuści dł. Igły 10mm zamiast 11mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

80. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz. 1-12,14-15**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 1-12, 14-15 dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

81. Dotyczy: **Pakiet nr 6, poz. nr 2**

Czy Zamawiający wydzieli poz.2 z pakietu 6 ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

82. Dotyczy: **Pakiet nr 33**

Czy Zamawiający w pakiecie 33 dopuści nitkę poliamidową?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

83. Dotyczy: **Pakiet nr 33, Poz. nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 33 poz.3 dopuści igłę odwrotnie tnącą z zakończeniem micro-point?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

84. Dotyczy: **Pakiet nr 1 poz. 1-5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu syntetycznego monofilamentowego, wchłaniającego, wykonanego z poliglytonu (syntetycznego poliesteru zbudowanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktyny), czas wchłaniania do 56 dni, podtrzymałność tkankową 50-60% po 5 dniach, 20-30% po 10 dniach od implantacji.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

85. Dotyczy: **Pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu z igłą 37 mm okrągłą przyostrzoną, 1/2 koła, o rozmiarze 1, szew niebarwiony, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

86. Dotyczy: **Pakiet nr 1 poz.2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 37 mm, szew niebarwiony, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

87. Dotyczy: **Pakiet nr 1 poz.3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej 37 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

88. Dotyczy: **Pakiet nr 1 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

89. Dotyczy: **Pakiet nr 1 poz.6-7**

Zwracamy się z prośbą o Zamawiającego o dopuszczenie szwu plecionego, wykonanego z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktynu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczan wapnia, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

90. Dotyczy: **Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pod pojęciem „szew powlekany poliglikonatem, **antybakteryjny**, pleciony, wchłaniany. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, czas wchłaniania 56-70 dni” rozumie i będzie wymagał szew powlekany **triclosanem**, środkiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania, posiadającym rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

91. Dotyczy: **Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach szew niewchłaniany, pleciony, wykonany z politereftalanu etylenu, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami i powleczonego polibutylenem?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

92. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę 17mm podwójną 1/2 koła okrągła, długość nitki 90cm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

93. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę 17mm i podkładki o rozmiarach 3x3x1,5mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

94. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę 17mm, długość nitki 10x75cm, kolor biały/zielony?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

95. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści igłę 17mm, i podkładki w rozmiarach 6x3x1,5mm, kolor biały/zielony?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

96. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm, okrągło-tnącą, długość nitki 10x75cm, kolor zielono/biały?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

97. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm, okrągło-tnącą, podkładki w rozmiarze 6x3x1,5mm, kolor biały?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

98. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm, okrągło-tnącą, podkładki w rozmiarze 6x3x1,5mm, kolor biały/zielony?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

99. Dotyczy: **Pakiet nr 4 Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści igłę 31mm?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

100. Dotyczy: **Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 do odrębnego zadania / pakietu?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

101. Dotyczy: **Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako „polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniany”, równoważny asortyment o następujących parametrach polipropylen, wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego stereoizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu, monofilamentowy, niebieski, niewchłaniany, posiadający zdolność dynamicznego dopasowania do średnicy naczynia, kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenie węża zapobiegające jego rozwiązaniu?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

102. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 2**
Czy Zamawiający dopuści igłę 9,3mm okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
103. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 3**
Czy Zamawiający dopuści igłę 9,3mm okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
104. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 4**
Czy Zamawiający dopuści igłę 11mm, okrągłą CC z mikroostrzem, czarną, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
105. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 6**
Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm i igłę w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
106. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 9**
Zamawiający dopuści nić o rozmiarze 4-0, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
107. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 10**
Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
108. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 11**
Czy Zamawiający dopuści igłę 20mm, okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
109. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 13**
Czy Zamawiający dopuści igłę 36mm, długość nitki 90cm, rozmiar 2-0, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
110. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 14**
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
111. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 16**
Czy Zamawiający dopuści igłę 31mm, okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
112. Dotyczy: **Pakiet nr 5 pozycja 17**
Czy Zamawiający dopuści igłę 40mm, okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
113. Dotyczy: **Pakiet nr 5 Pozycja 18**
Czy Zamawiający dopuści igłę 40mm, okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
114. Dotyczy: **Pakiet nr 18 Pozycja 2**
Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające, monofilamentowe typu endoloop, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
115. Dotyczy: **Pakiet nr 18 Pozycja 2**
Czy Zamawiający dopuści nici o długości 53cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.
116. Dotyczy: **Pakiet nr 23**
Czy Zamawiający w Pakiecie 23 pod pojęciem „Nici wchłaniające, syntetyczne, plecione. Poliglaktyna 910, z czynnikiem **antybakteryjnym**. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach. Całkowita wchłaniałość szwu 56-70 dni. Nić w sterylnym opakowaniu, z bezpośrednim dostępem do igły po wyjęciu z saszetki.” rozumie i będzie wymagał rozumie i będzie wymagał szew powlekany **triclosanem**, środkiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania, posiadającym rekomendację Światowej Organizacji Zdrowia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
117. Dotyczy: **Pakiet nr 23 Pozycja 1, 2, 3**
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
118. Dotyczy: **Pakiet nr 23 Pozycja 5**
Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 4/0 lub 5/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

119. Dotyczy: **Pakiet nr 23 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach nici wchłaniałne, syntetyczne, plecione. Poliglaktyna 910. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach. Całkowita wchłaniałość szwu 56-70 dni. Nić w sterylnym opakowaniu, z bezpośrednim dostępem do igły po wyjęciu z saszetki, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

120. Dotyczy: **Pakiet nr 28**

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach szew syntetyczny, niewchłaniałny wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu posiadającego kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenie węzła zapobiegające jego rozwiązaniu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

121. Dotyczy: **Pakiet nr 28 Pozycja 6 i 7**

Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 6/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

122. Dotyczy: **Pakiet nr 30 pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą-rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

123. Dotyczy: **Pakiet nr 32 Pozycja 5**

Czy Zamawiający pod pojęciem „okrągła z mikroostrzem podwójna” rozumie i wymaga igłę okrągłą z mikroostrzem podwójną typu CC, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

124. Dotyczy: **Pakiet nr 20 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

125. Dotyczy: **Pakiet nr 23 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą-rozwarstwiającą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

126. Dotyczy: **Pakiet nr 36**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i w których pozycjach Zamawiający będzie wymagał w Pakiecie 36 nici wchłaniałne, monofilamentowe z poligekapronu 25, odtrzymywanie tkankowe 50-60% po 7 dniach, 20-30% po 14 dniach, całkowita wchłaniałość szwu 90-120 dni, nici w opakowaniu eliminującym zagięcia, z bezpośrednim dostępem do igły po otwarciu saszetki, a w których nici niewchłaniałne plecione, jedwabne, powlekane woskiem?

Odp. Tak. W pakiecie 36 powinna być plecionka jedwabna, niewchłaniałna, powlekana woskiem. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

127. Dotyczy: **Pakiet nr 36 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

128. Dotyczy: **Pakiet nr 36 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści szew 5/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

129. Dotyczy: **Pakiet nr 36 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

130. Dotyczy: **Pakiet nr 38 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

131. Dotyczy: **Pakiet nr 38 Pozycja 7**

Zamawiający dopuści igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

132. Dotyczy: **Pakiet nr Pakiet 5 poz. 1**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycji 1.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

133. Dotyczy: **umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

134. Dotyczy: **umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny przedstawionej w ofercie, z następujących tytułów:
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 4 towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru;**
 - c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.**

Odp. Zgodnie z SIWZ.

135. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 1 i 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 4, Pozycji nr 1 i 2.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

136. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 3 i 4 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym oraz igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

137. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 5 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici oraz nić o długości 8x90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

138. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 6 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici oraz nić o długości 10x75cm i igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

139. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 6 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici oraz nić o długości 10x75cm i igłę okrągło-tnącą (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

140. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 6 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici oraz igłę okrągło-tnącą (przyostrzoną) o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

141. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 7 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem oraz igłę o długości 2x25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

142. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 8**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 8 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

143. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 9 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

144. Dotyczy: **Pakiet nr 4, Poz. nr 10**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 10 nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici oraz nić o długości 10x75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

145. Dotyczy: **Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 szew niewchłaniający, monofilamentowy, wykonany z homopolimerów polipropylenowych, niebieski, pakowany na prosto w celu zmniejszenia pamięci kształtu włókna po wyjęciu z opakowania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

146. Dotyczy: **Pakiet nr 5, Poz. nr 1 i 2, 3,5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 1 i 2, 3,5 igłę o długości 2x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

147. Dotyczy: **Pakiet nr 5, Poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 6 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

148. Dotyczy: **Pakiet nr 5, Poz. nr 9, 10**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 9 i 10 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

149. Dotyczy: **Pakiet nr 5, Poz. nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 13 igłę o długości 2x36mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

150. Dotyczy: **Pakiet nr 5, Poz. nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 13 igłę o długości 2x26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

151. Dotyczy: **Pakiet nr 5, Poz. nr 16**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 16 igłę o długości 2x26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

152. Dotyczy: **Pakiet nr 5, Poz. nr 17 i 18**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 17 i 18 igłę o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

153. Dotyczy: **Pakiet nr 7 i 12**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 i 12 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

154. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 1 igłę odwrótnie tnącą oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

155. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 2 igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

156. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 1, 2, 11,14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 12, Pozycji nr 1,2,11,14.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

157. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 5 igłę o długości 23mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

158. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 9 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

159. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 11 igłę okrągłą wzmocnioną o długości 26mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

160. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 11 igłę okrągłą o długości 36mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

161. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 13 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

162. Dotyczy: **Pakiet nr 12, Poz. nr 14**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 14 igłę odwrotnie tnącą wzmocnioną o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

163. Dotyczy: **Pakiet nr 14, Poz. nr 1-4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, Pozycjach 1-4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

164. Dotyczy: **Pakiet nr 14, Poz. nr 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 14, Pozycji nr 5.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

165. Dotyczy: **Pakiet nr 14, Poz. nr 7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, Pozycji nr 7 igłę odwrotnie tnącą (OSH- orthoshape) dedykowaną do zabiegów ortopedycznych o dopasowanej grubości nici o igły 1:1, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

166. Dotyczy: **Pakiet nr 16, Pozycji nr 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, Pozycjach nr 1 i 2 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

167. Dotyczy: **Pakiet nr 20**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20 szew wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

168. Dotyczy: **Pakiet nr 20, Pozycji nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20, Pozycji nr 5 igłę odwrotnie tnącą oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

169. Dotyczy: **Pakiet nr 29**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 szew wykonany z poliglekaprону o podtrzymywaniu tkankowym 55% po 7 dniach oraz 25% po 14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

170. Dotyczy: **Pakiet nr 29, Pozycji nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29, Pozycji nr 5 igłę o długości 10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

171. Dotyczy: **Pakiet nr 30**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30 nici w podwójnym sterylnym opakowaniu eliminującym zagięcia z bezpośrednim dostępem do igły po otwarciu, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

172. Dotyczy: **Pakiet nr 30, Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30, Pozycji nr 1 igłę o długości 40mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

173. Dotyczy: **Pakiet nr 30, Poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30, Pozycji nr 3 igłę o długości 30mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

174. Dotyczy: **Pakiet nr 30, Poz. nr 5-7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30, Pozycjach nr 5-7 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

175. Dotyczy: **Pakiet nr 35, Poz. nr 1-4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 35, Pozycjach nr 1-4 nic o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

176. Dotyczy: **Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, szew SERAFIT PROTECT niemieckiej firmy o parametrach: szew z kwasu poliglikolowego z powleczeniem z dodatkiem chlorheksydyny o szerokim spektrum działania antybakteryjnego lub bez, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Okres wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe 50% po 20-15 dniach.

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

177. Dotyczy: **Pakiet nr 1 pozycja 1 i 2**

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganego szew niemieckiej firmy z igłą 35 mm zamiast wymaganych 36 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

178. Dotyczy: **Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający uzna za tożsame szew SERAPREN lub SERALENE do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odp. Nie.

179. Dotyczy: **Pakiet nr 5 w pozycji 4**

Czy Zamawiający dopuści szew niemieckiej firmy o grubości 6/0 lub 7/0 z podwójną igłą 8 mm i długością nici 75 cm.

Odp. Nie.

180. Dotyczy: **Pakiet nr 5 w pozycji 5 - 8**

Czy Zamawiający dopuści szew niemieckiej firmy o długości 75 cm i igle 12 mm.

Odp. Nie.

181. Dotyczy: **Pakiet nr 5 w pozycji 13,17,18**

Czy Zamawiający dopuści szew niemieckiej firmy o długości igły 36 mm.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

182. Dotyczy: **Pakiet nr 1, poz.1,2,3,4,6,7**

Czy Zamawiający dopuści szwy powleczone mieszaniną złożoną w równych częściach z kopolimeru glikolidu i laktidu (Poliglaktyna 370) oraz stearynianu wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

183. Dotyczy: **Pakiet nr 1, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiającą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian lub igłę okrągłotnącą, nic o grubości 1, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ

184. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.2-18**

Czy Zamawiający dopuści szew wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego stereoizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliiolefinu, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

185. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 9,3mm, pakowane po 12 szt., pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

186. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, czarną o długości 9,3mm, pakowane po 12 szt, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

187. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.4**

Czy Zamawiający dopuści nic o długości 75 cm i grubości 6/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

188. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.6**

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

189. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.7,9,15**

Czy Zamawiający dopuści nić pakowaną po 12 szt., pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

190. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.10**

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

191. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.11,14**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-trnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

192. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.13,17**

Czy Zamawiający dopuści igłę 36 mm, nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

193. Dotyczy: **Pakiet nr 5, poz.16,17**

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm, grubość 3/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

194. Dotyczy: **Pakiet nr 30**

Czy Zamawiający dopuści szwy sporządzone z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

195. Dotyczy: **Pakiet nr 32, poz.1,2,7**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez mikroostrza, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 5 poz. 1 poprzez wydzielenie jej do osobnego pakietu nr 42 o tytule „PAKIET Nr 42 - Szwy niewchłaniające, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii -3-WYDZIELONY”.

Konsekwencją dokonanej modyfikacji jest zmiana opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz wartość wadium w poszczególnych pakietach.

1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 5 poz. 2,3,4,5,6,7,8,10 poprzez wydzielenie ich do osobnego pakietu nr 41 o tytule „PAKIET Nr 41 - Szwy niewchłaniające, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii -2-WYDZIELONY”.

Konsekwencją dokonanej modyfikacji jest zmiana opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz wartość wadium w poszczególnych pakietach.

1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 6 poz. 1 poprzez wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu nr 40 o tytule „PAKIET Nr 40 - Wosk dla Kliniki Kardiochirurgii- WYDZIELONY”.

Konsekwencją dokonanej zmiany jest zmiana nazwy pakietu nr 6 na „PAKIET Nr 6 - Tasiemki dla Kliniki Kardiochirurgii-MODYFIKACJA” oraz zmiana opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz wartość wadium w poszczególnych pakietach.

1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 1 - Szwy wchłaniające plecione, podskórne i skórne dla Kliniki Kardiochirurgii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2,3,4,5,6,7,8 o następującej treści:

- ▶ **Zamawiający w poz. 1-5 dopuszcza szew syntetyczny monofilamentowy, wchłaniający, wykonany z poliglytonu (syntetycznego poliestru zbudowanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu), czas wchłaniania do 56 dni, podtrzymywalność tkankowa 50-60% po 5 dniach, 20-30% po 10 dniach od implantacji.**
- ▶ **Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 szew z igłą 37 mm okrągłą przyostrzoną, 1/2 koła, o rozmiarze 1, szew niebarwiony, pozostałe parametry bez zmian.**

- ▶ Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 igłę 37 mm, szew niebarwiony, pozostałe parametry bez zmian.
- ▶ Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 igłę okrągłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający o dopuszcza w pozycji 6-7 szwy plecione, wykonane z syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktynu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczan wapnia, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia.
Zamawiający wymaga, aby „szew powlekany poliglikonatem, antybakteryjny, pleciony, wchłaniający. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, czas wchłaniania 56-70 dni” był powlekany triclosanem, środkiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania, posiadającym rekomendację Światowej Organizacji Zdrowia.
Zamawiający dopuszcza szew SERAFIT PROTECT niemieckiej firmy o parametrach: szew z kwasu poliglikolowego z powleczeniem z dodatkiem chlorheksydyny o szerokim spektrum działania antybakteryjnego lub bez, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Okres wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe 50% po 20-15 dniach.
- ▶ Zamawiający dopuszcza w pozycji 1-2 szew niemieckiej firmy z igłą 35 mm.

1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 4 poz. 3,5,7,8,9,10,13 które uzyskują brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
3	Szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu, cała struktura nici oraz każde włókno z osobną powleczone silikonem. Kolor niebieski. Zamawiający dopuszcza igłę 17mm podwójną 1/2 koła okrągłą, długość nitki 90cm.
5	Szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu, cała struktura nici oraz każde włókno z osobną powleczone silikonem. Kolor niebieski/biały. Zamawiający dopuszcza igłę 17mm, długość nitki 10x75cm, kolor biały/zielony.
6	Szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu, cała struktura nici oraz każde włókno z osobną powleczone silikonem. Kolor niebieski/biały. Zamawiający dopuszcza igłę 17mm, i podkładki w rozmiarach 6x3x1,5mm, kolor biały/zielony.
7	Szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu, cała struktura nici oraz każde włókno z osobną powleczone silikonem. Zamawiający dopuszcza nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem oraz igłę o długości 2x25mm, pozostałe parametry bez zmian
8	Szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu, cała struktura nici oraz każde włókno z osobną powleczone silikonem. Kolor niebieski/biały. Zamawiający dopuszcza nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igłę 26mm, okrągło-tnącą, długość nitki 10x75cm, kolor zielono/biały.
9	Szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu, cała struktura nici oraz każde włókno z osobną powleczone silikonem. Kolor niebieski. Zamawiający dopuszcza nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igłę 26mm, okrągło-tnącą, podkładki w rozmiarze 6x3x1,5mm, kolor biały.
10	Szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu, cała struktura nici oraz każde włókno z osobną powleczone silikonem. Kolor niebieski/biały. Zamawiający dopuszcza nić niewchłaniającą, plecioną wykonaną z politereftalanu etylenu (poliester), powlekaną silikonem w kolorze zielonym/ białym z indywidualnym kanałem w celu ochrony każdej nici oraz nić o długości 10x75cm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igłę 26mm, okrągło-tnącą, podkładki w rozmiarze 6x3x1,5mm, kolor biały/zielony.
13	Szew niewchłaniający, poliesterowy, pleciony, zielony lub niebieski Zamawiający dopuszcza igłę 31mm.

1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 5 poz. 1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, które uzyskują brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Uwaga
a	b	
1	polibutester, powleczony wchłaniającym polimerem (polimer złożony z kaprolaktonu/ glikolidu/ poloksameru 188). Zamawiający dopuszcza długość igły 8mm lub 10mm. Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle.	Pozycja wydzielona do pakietu 42
2	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający. Zamawiający dopuszcza długość igły 8mm. Zamawiający dopuszcza igłę 9,3mm okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian.	Pozycja wydzielona do pakietu 41
3	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający. Zamawiający dopuszcza igłę 9,3mm okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian.	Pozycja wydzielona do pakietu 41
4	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający. Zamawiający dopuszcza igłę 11mm, okrągłą CC z mikroostrzem, czarną, pozostałe parametry bez zmian.	Pozycja wydzielona do pakietu 41
6	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający. Zamawiający dopuszcza nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza nić o długości 75cm i igłę w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian.	Pozycja wydzielona do pakietu 41

9	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego, niebieski Zamawiający dopuszcza igły bez nomenklatury katalogowej czarna oksydowana. Zamawiający dopuszcza igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle.	-
10	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający. Zamawiający dopuszcza igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.	Pozycja wydzielona do pakietu 41
11	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego. Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle. Zamawiający dopuszcza igłę 20mm, okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian.	-
12	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego. Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle.	-
13	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego Zamawiający dopuszcza igłę o długości 2x36mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igłę 36 mm, nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.	-
14	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego. Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle. Zamawiający dopuszcza igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian.	-
15	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego. Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle.	-
16	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego Zamawiający dopuszcza szew chirurgiczny z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igłę 31mm, okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian.	-
17	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego Zamawiający dopuszcza igłę o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza igłę 36 mm, nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.	-
18	polipropylen z dodatkiem glikolu polietylenowego Zamawiający dopuszcza igłę o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian.	-

1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 33-NICI NIEWCHŁANIAJĄCE, MONOFILAMENTOWE, POLIBUTESTROWE- dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2 i 3,4 o następującej treści:

- ▶ Zamawiający w pakiecie 33 dopuszcza nitkę poliamidową.
- ▶ Zamawiający w pakiecie 33 poz.3 dopuszcza igłę odwrotnie tnącą z zakończeniem micro-point.
- ▶ Zamawiający w pakiecie 33 poz.3 dopuszcza igłę o długości 12mm.
- ▶ Zamawiający dopuszcza szew niewchłaniający, syntetyczny, monofilament poliamidowy.

1.8. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 20- NICI WCHŁANIAJĄCE PLECIONE - dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

- ▶ Zamawiający w pozycji 4 dopuszcza nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian.

1.9. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 38- NICI WCHŁANIAJĄCE PLECIONE Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO- dla Bloku Otolaryngologii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2,3 o następującej treści:

- ▶ Zamawiający w pozycji 7 dopuszcza nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian.
- ▶ Zamawiający w pozycji 7 dopuszcza igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian.
- ▶ Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 szew z igłą o długości 30 mm.

1.10. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 21-NICI WCHŁANIAJĄCE PLECIONE - dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

- ▶ Zamawiający dopuszcza w pozycjach 14 i 20 szew z igłą o długości 22 mm.

1.11. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 35- NICI POLIAMIDOWE- dla Bloku Otolaryngologii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2 o następującej treści:

- ▶ Zamawiający dopuszcza szwy pakowane w papierowy nośnik nici z bezpośrednim dostępem do igły oraz w saszetkę z mankietem umożliwiającym łatwe, szybkie i bezpieczne otwarcie.
- ▶ Zamawiający dopuszcza w pozycjach nr 1-4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.

1.12. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 18- Szwy endoskopowe- dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

► **Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza nici o długości 53cm, pozostałe parametry bez zmian.**

1.13. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 32- Nici - dla Bloku Okulistyki, kolumna e) Rodzaj igły, pozycja 5 o następującej treści:

L.p.	Grubość nitki	Długość igły(mm)	Krzywizna igły	Rodzaj igły
a	b	c	d	e
5	2/0	2x26	2x1/2	Okrągła z mikroostrzem podwójna, typu CC

1.14. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 30- NICI WCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE - dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2,3,4,5,6 o następującej treści:

- **Zamawiający dopuszcza szwy sporządzone z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu, pozostałe parametry bez zmian.**
- **Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 igłę o długości 40mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.**
- **Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 igłę o długości 30mm, pozostałe parametry bez zmian.**
- **Zamawiający dopuści w pozycjach nr 5-7 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian.**
- **Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuszcza również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.**
- **Zamawiający dopuszcza w pozycjach nr 1 i 2 szew z igłą o długości 37 mm.**

1.15. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 32-Nici - dla Bloku Okulistyki, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

► **Zamawiający w pozycji 1,2,7 dopuszcza igłę bez mikroostrza, pozostałe parametry bez zmian.**

1.16. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 29- NICI WCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE - dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

► **Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 5 igłę o długości 10mm, pozostałe parametry bez zmian.**

1.17. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 7- Szew wchłaniający- dla Kliniki Elektrokardiologii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

► **Zamawiający dopuszcza szew powlekany, syntetyczny, z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany polikaprolaktanem i stearynianem wapnia, wchłaniający do 90 dni.**

1.18. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 8- Szew pleciony - dla Bloku i Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

► **Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuszcza również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.**

1.19. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 12-SZWY PLECIONE WCHŁANIALNE- dla Bloku Ortopedii, kolumna c) Długość nitki cm, pozycja 1 o następującej treści:

L.p.	Grubość nitki	Długość nitki cm
a	b	c
1	4/0	70- 75 barwiona

1.20. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 13- SZWY MONOFILAMENTOWE WCHŁANIALNE- dla Bloku Ortopedii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

► **Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuszcza również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.**

1.21. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 12-SZWY PLECIONE WCHŁANIALNE- dla Bloku Ortopedii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2,3 o następującej treści:

- **Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.**
- **Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 9 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian.**

▶ Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 13 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian.

1.22. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 14- SZWY NIEWCHŁANIALNE- dla Bloku Ortopedii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

▶ Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14, Pozycjach 1-4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.

1.23. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 31- NICI WCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE - dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2 o następującej treści:

▶ Zamawiający dopuszcza w pozycjach nr 7 i 8 szew z igłą o długości 11 mm.

▶ Zamawiający dopuszcza w pozycjach nr 7 i 8 również długość 75 cm.

1.24. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 36- NICI NIEWCHŁANIALNE PLECIONE, JEDWABNE POWLEKANE WOSKIEM- dla Bloku Otolaryngologii, Uwaga poprzez wykreślenie tiret 1.

1.25. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 41- Szwy niewchłaniające, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii-2- WYDZIELONY, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1,2 o następującej treści:

▶ Zamawiający dopuszcza igły okrągłe CVPass (CardioVascular) igła spłaszczona w celu lepszej stabilności w imadle. Zamawiający dopuszcza asortyment o następujących parametrach polipropylen, wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego stereoizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu, monofilamentowy, niebieski, niewchłaniający, posiadający zdolność dynamicznego dopasowania do średnicy naczynia, kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenie węzła zapobiegające jego rozwiązaniu.

1.26. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 PAKIET Nr 4- Szwy niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem dla Kliniki Kardiochirurgii- MODYFIKACJA, Uwaga poprzez dopisanie tiret 1, o następującej treści:

▶ Zamawiający dopuszcza szew niewchłaniający, pleciony, wykonany z politereftalanu etylenu, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami i powleczony polibutylanem.

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2018-09-24**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **12⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2018-11-22**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Miazek