



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 25 I

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

☎ 42 675 75 00

📠 42 678 93 68

✉ poczta@csk.umed.pl

🌐 <http://www.csk.umed.pl/>

Łódź, 03.09.2018 r.

ZP/54/2018

Dot.: Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatricznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Szanowni Państwo,

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

PYTANIE 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii odnoszącej się do pakietu nr 4 załącznik 2a - dostawa 2 szt kardiomonitorów.

Czy Zamawiający zaakceptuje realizację integracji pomiędzy systemem monitorowania a systemem RIS/PACS firmy Dagosys, w którym raport końcowy zawierający dane identyfikacyjne pacjenta oraz kluczowe zdarzenia z centrali monitorującej zostanie zrealizowany z wykorzystaniem formatu HL7 lub innego powszechnie stosowanego (np. XML, PDF), który będzie obsługiwany przez system RIS/PACS?

Optymalny sposób integracji zostanie wypracowany przez strony realizujące czynności integracyjne przy akceptacji strony Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje realizację integracji tylko z wykorzystaniem formatu hl7, xml lub pdf. Zamawiający pozostawia wybór formatu stronie wykonującej.

PYTANIE 2



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W związku z tym, że stan naszej wiedzy wskazuje, że na rynku polskim oraz europejskim nie ma żadnej firmy, która byłaby w stanie spełnić specyfikację i zaoferować stół, prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego, w którym kolumna wykonana jest z ruchomych paneli ze stali nierdzewnej, a miejsce przegubowe, łączące kolumnę z blatem stołu osłonięte jest tworzywową, elastyczną osłoną, zabezpieczającą kolumnę przed wnikaniem do jej wnętrza zanieczyszczeń? Proponowane rozwiązanie stosowane jest przez czołowych producentów stołów operacyjnych. Rozwiązanie przyczynia się do wydłużenia żywotności stołu operacyjnego. Prosimy o przychylną odpowiedź na powyższe pytanie, celem umożliwienia złożenia oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści.

Ponadto, Zamawiający wprowadza zmiany zapisów w zakresie:

1. **Załącznika nr 3 do SIWZ – Harmonogram realizacji zamówienia.** Wyznacza się termin dostawy I transzy zamówienia na **październik 2018 r.** – w załączeniu modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ.
2. **Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 19.09.2018 r. godz. 12:00 i zmienia termin otwarcia ofert na dzień 19.09.2018 r. godz. 12:30**

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcie ofert, odpowiednio zmienia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu:

1) Rozdz. XI SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”

1. Termin składania ofert upływa dnia **19.09.2018 r. godz. 12:00**

Oferty należy składać w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Kancelarii Szpitala (parter) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie z oznakowaniem *według pkt X ppkt 27 SIWZ*.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **19.09.2018 r. o godz. 12:30** w budynku Szpitala, pok. 243 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

2) Rozdz. X SIWZ „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT”

Kopertę opatrzoną danymi Wykonawcy należy opisać:

Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” - sprawa nr ZP/54/2018

Nie otwierać przed dniem **19.09.2018 r. godz.**

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ustęp 3 ustawy Pzp wystąpił zmianę ogłoszenia do Dziennika Europejskiego Oficjalnych Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o zmianie będzie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego po jego opublikowaniu.

