



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
☎ 42 675 75 00 pocza@csk.umed.pl
🖨 42 678 93 68 🌐 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, 01.08.2018 r.

ZP/54/2018

Dot.: Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Szanowni Państwo,

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

PYTANIE 1

Dot. Pakiet Nr 4: Kardiomonitoring z modułem kapnografii, Kardiomonitoring, Centrala monitorowania
Pakiet Nr 5: Aparaty EKG

W związku z dostawą kardiomonitorów z centralą oraz aparatów EKG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 2

Dot. Pakiet Nr 4: Kardiomonitoring z modułem kapnografii, Kardiomonitoring, Centrala monitorowania
Pakiet Nr 5: Aparaty EKG

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczonych urządzeń z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS firmy Dagosys na koszt Wykonawcy.

PYTANIE 3

Dot. Pakiet Nr 4: Kardiomonitoring z modułem kapnografii, Kardiomonitoring, Centrala monitorowania



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pakiet Nr 5: Aparaty EKG

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację kardiomonitorów z centralą oraz aparatów EKG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby całość zamówienia zapewniała poprawną komunikację z systemem RIS/PACS firmy Dagosys oraz objęte było gwarancją zgodną z SIWZ.

PYTANIE 4

Dot. Pakiet Nr 9: Chłodziarka farmaceutyczna

Zamawiający w jednym miejscu specyfikacji technicznej chłodziarki podaje, że chłodziarka mam mieć szuflady podzielone przegrodami, a w innym miejscu tej samej specyfikacji wymaga podania liczby półek. Proszę zatem o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga szuflad, czy półek, czy może konfiguracji mieszanej szuflady + półki? Proszę o określenie, o ile to możliwe, ile szuflad/półek wymaganych jest jako minimum?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga konfiguracji mieszanej - minimum 4 półki i jedna szuflada.

PYTANIE 5

Dot. Pakiet Nr 9: Chłodziarka farmaceutyczna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o masie brutto 72 kg, tj. o 7 kg lżejszą od wymaganej, ale spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

PHIN Inwestycje Sp. z o.o.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63
tel./fax: 42 66 111 99
NIP 728-27-89-053 REGON 101871416
KRS 0000411892



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

