



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 30.07.2018 r.

ZP/ 55 /2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1579), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 1 i utworzy oddzielny pakiet 10a?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści złożenie oferty na: Ustniki jednorazowe, sterylne, do gastrokopii wykonane z wysokiej jakości tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, z opaską mocująca bez lateksu, rozmiar otworu 27x22 mm. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 3

Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczoteczki do czyszczenia kanałów o zakresie 2,8-4,2mm (5/5, 6/6, 5/10, 6/10) i 2,0 – 4,8mm (5/5 i 5/10) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 4

Czy w pakiecie 8 - kaniule nosowe, pozycja 2 Zamawiający dopuści?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kaniule o długości 210 cm, pozostałe parametry zgodne z z wymogami SIWZ.

Pytanie 5

pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

pakiet nr 3

Czy wymagany jest wziernik pakowany w papier-folia?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający dopuści wziernik pakowany w papier-folia .

Pytanie 7

pakiet nr 3

Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymagane aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów.

Pytanie 8

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 15 poz. 2 igły do biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego w kolorze ciemno niebieskim, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dostawy igły do biopsji w kolorze ciemno niebieskim. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 12 - Elektrody do DEFIBRYLACJI

Pytanie 1. Ad 1

W związku z tym, iż oryginalne elektrody rekomendowane przez producentów urządzeń są kompatybilne z urządzeniami firmy Zoll lub PhysioControl (Lifepack). Prosimy u doprecyzowanie kwestii do którego urządzenia Zamawiający zamierza nabyć elektrody i czy oczekuje aby elektrody były oryginalne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane elektrody były kompatybilne z urządzeniem ZOLL.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 10 dopuści zaoferowanie ustnika endoskopowego o odpowiednio wyprofilowanym kształcie gwarantującym ochronę kanału endoskopu, wykonany z materiałów nie zawierających lateksu oraz substancji mogących wywołać reakcje alergiczne, z regulowaną opaską mocującą, profilowaną strefą zgryzu, powiększonym otworem wejściowym. 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; opakowanie max 50 szt.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 10 dopuści zaoferowanie szczoteczek j. u. do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów dwustronnych, długość robocza 230 cm – 250 cm, do kanałów roboczych w zakresie od Ø 2,0 mm do Ø 4,2 mm, średnica przewodu prowadzącego 1,7 mm- 1,8 mm, średnice szczoteczek 5/5, 6/6, 5/10 do wyboru przez Zamawiającego; opakowanie max 50 szt.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. IX pkt. 5.1-10

W związku z wątpliwościami prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli załącznik nr 8?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że miał na myśli Załącznika Nr 8 do SIWZ

Pytanie 14

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. XIII pkt. 27

W związku z wątpliwościami prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli godz.12.00?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłowe brzmienie zapisów SIWZ Rozdz. XIII pkt. 27, jest następujące:

„Kopertę opatrzoną danymi Wykonawcy należy opisać:

**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - sprawa nr ZP/55/2018**

Nie otwierać przed dniem godz. 12:00”

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pakiecie 10 pnkt 1 ustnik jednorazowego użytku o odpowiednio wyprofilowanym kształcie, gwarantującym ochronę kanału endoskopu z otworem wejściowym w dwóch rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego i z otworami bocznymi, z gumką wstępnie złożoną, nie zawierającą lateksu (gumka założona z jednej strony), pakowane po 100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pakiecie 10 pnkt 2 szczoteczki o długości roboczej 240 cm, średnicy przewodu prowadzącego 1.65, średnica włosia szczoteczki 5mm/13 mm dł, reszta parametrów jak w siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.




ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 17

do Pakietu nr 14

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1,2,3,8 pojemników wykonanych z PP. Polipropylen cechuje się większą wytrzymałością i odpornością na pękanie oraz odczynniki chemiczne w porównaniu do PS., co ma duże znaczenie w przypadku transportu materiału chirurgicznego w formalinie. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie, dlaczego Zamawiający oczekuje pojemników z PS.

Odpowiedź:

Tak dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 18

do Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 pojemnik o pojemności 366 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

do Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 pojemnik o pojemności 520 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

do Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 pojemnik o pojemności 3400 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

do Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 pojemnik o pojemności 5600 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

do Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 pojemnik o pojemności 120 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

do Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 pojemnik o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

do Pakietu nr 14



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukołi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 pojemnik o pojemności 10 600 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

do Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 pojemnik chirurgiczny napełniony 10% roztworem formaliny o poj. 40 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

do Pakietu nr 14

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynnik rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożliwiającą identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się w przypadku zwykłej etykiety papierowej z drukarki (takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytometrii przepływowej i postępowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

do Pakietu nr 14



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalcaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

PAKIET 11 – Elektrody do EKG, HOLTERA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 51mm x 36 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 29

PAKIET 11 – Elektrody do EKG, HOLTERA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG prostokątnej z nacięciem i otworkiem do zamocowania kabla pacjenta, co zapobiega artefaktom w trakcie badania. Elektroda o rozmiarze 55mm x 41 mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Rozmiar 55mm x 41 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 30

PAKIET 11 – Elektrody do EKG, HOLTERA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 45 mm x 31 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 31

PAKIET 11 – Elektrody do EKG, HOLTERA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 36 mm x 28 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 32

PAKIET 11 – Elektrody do EKG, HOLTERA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG okrągłej o średnicy 30mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 33



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

PAKIET 11 – Elektrody do EKG, HOLTERA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG okrągłej o z wypustką ułatwiającą aplikację. Elektroda o średnicy 31mm, a w miejscu wypustki 36mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy: formularz cenowy –pakiet nr 6 pozycja 2:

Zamawiający w pozycji nr 2 opisał przedmiot zamówienia w sposób następujący „Szczoteczki sterylne do cytologii Merynge”. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie pojęcia Merynge tj. określenia dokładnego opisu wymaganych szczoteczek.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje sterylnej szczotki cytologicznej typu directa plus wachlarz, zgodnie z zasadami równoważności opisanymi w SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy: formularz cenowy –pakiet nr 6 pozycja 2:

Jakiego typu szczoteczki Zamawiający oczekuje, szczoteczki do cytologii typu prostego czy wachlarzyk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania szczoteczek typu wachlarzyk.

Pytanie 36

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycji 2 dopuści elektrodę o śr. 45mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycji 2 dopuści elektrodę o wymiarach 43x35mm , pakowaną po 500 sztuk (10 małych opakowań po 50 sztuk) spełniającą pozostałe wymagania SIWZ , zakładając przeliczenie ilości do pełnych opakowań ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycji 3 dopuści elektrody o wymiarach 30 x 24mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 39

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 wydzieli pozycję 2 umożliwiając złożenie oferty na pozostałe pozycje w Pakiecie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”




PN-EN ISO 14001

ISOCERT CERTYFIKAT

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 40 – zadane przez Plus Sonologic

Pakiet 10

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści:

Poz 1.

Ustnik endoskopowy o odpowiednio wyprofilowanym kształcie gwarantującym ochronę kanału endoskopu, wykonany z materiałów nie zawierających lateksu oraz substancji mogących wywołać reakcje alergiczne, z regulowaną opaską mocującą, powiększonym otworem wejściowym. 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; opakowanie max 50 szt.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Pakiet 10

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści:

Poz 2

Szczoteczki j. u. do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów dwustronne

- długość robocza 230 cm

- do kanałów roboczych o śr. w zakresie od 2,0 mm do 4,2 mm

- średnica przewodu prowadzącego 1,7 mm

- średnice szczoteczek 5/5, 5/10, do wyboru przez Zamawiającego; opakowanie 50 i 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 42

Pakiet 10, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy posiadający strefę zgryzu wykonaną z tego samego materiału co całość ustnika (polipropylen)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Pakiet 10, pozycja 1: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 10 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Pakiet 12, pozycja 1: Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrody do defibrylatora ZOLL czy defibrylatora Lifepack?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane elektrody były kompatybilne z urządzeniem ZOLL.

Pytanie 45



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pakiet 12, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji synchronicznej, przeskórnej stymulacji serca i monitorowania EKG z hydrożelem przewodzącym, dostępne z podłączonym kablem. Dla dorosłych. Samoprzylepne, Powierzchnia aktywna (każda elektroda): dla dorosłych 83 cm², Rozmiar: dla dorosłych 105mm x 155mm, Długość kabla: 1,2 – 1,3 m, produkt wielofunkcyjny, nadaje się do stosowania w defibrylacji, kardiowersji, monitorowania EKG oraz stymulacji, nie zawiera naturalnego lateksu, ftalanów ani związków pochodzenia zwierzęcego lub biologicznego, produkt zgodny z wymaganiami normy RoHS. maksymalny zalecany czas kontaktu ze skórą pacjenta to 24h, odporny do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J, kompatybilne z wymaganym defibrylatorem?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Pakiet 14, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki chirurgiczne o pojemności 20 ml wykonany z PP (polipropylenu) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Pakiet 14, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki chirurgiczne o pojemności 35 ml wykonany z PP (polipropylenu) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Pakiet 14, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki chirurgiczne o pojemności 250 ml wykonany z PP (polipropylenu) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 14, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki chirurgiczne o pojemności 120 ml wykonany z PP (polipropylenu) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet 14, pozycja 12: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 12 z pakietu 14 do osobnego zadania . Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

mgr Tomasz Miasek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”

