



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 25 I
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
42 675 75 00 pocza@csk.umed.pl
42 678 93 68 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, dn. 05.03.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń na potrzeby Pracowni Immunologii Transplantacyjnej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.” - Sprawa nr ZP /6/2019

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 3 pkt 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu certyfikatów CE-IVD dla oferowanych testów do typowania HLA metodą NGS?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymogu certyfikatu CE-IVD dla oferowanych testów do typowania HLA metodą NGS. Zamawiający nie zmienia zapisu w pkt. 20 załącznik nr 3 dla pakietu nr 1.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 3 pkt 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w specyfikacji przetargowej punktu mówiącego o konieczności dostarczenia wraz z testami aparatu do selekcji fragmentów DNA biblioteki?

Odpowiedź: Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ -Zestawienie parametrów technicznych i wymogów granicznych Pakiet nr 1, pkt 4 napisał treść: „Oferent wraz z testami dostarczy oprzyrządowanie niezbędne do przeprowadzenia procesu selekcji fragmentów kwasów nukleinowych wraz z kosztami dostawy” Jeżeli selekcja fragmentów wymaga jakiegokolwiek oprzyrządowania, włączając w to np.: statyw magnetyczny i pipetę wielokanałową to Zamawiający oczekuje, że Oferent dostarczy tego typu oprzyrządowanie. Zamawiający nie oczekuje dostarczenia jakiegokolwiek aparatu, jeżeli protokół wykonania oznaczeń tego nie przewiduje, dlatego Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany treści Załącznika nr 3 Zestawienie parametrów technicznych i wymogów granicznych Pakiet nr 1 Pkt 4.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostarczania produktu w opakowaniach po 96 oznaczeń, umożliwiające genotypowanie 576 próbek na jednym nośniku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu w opakowaniach po 96 oznaczeń umożliwiające genotypowanie 576 próbek na jednym nośniku, o ile płytki z indeksami będą zawierały 576 różnych par indeksów.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

Jednocześnie informujemy, że **termin składania ofert** ustalony na dzień **13.03.2019 r. do godz. 10:00** nie ulega przesunięciu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2019 r. o godzinie 11:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Tomasz Miazek