



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2019-07-31

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2019-06-10 pod nr 2019/S 110-267974

Nr sprawy: **ZP/42/2019**

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi udzielonej w dniu 18 lipca 2019 poz. 36, która uzyskuje brzmienie:

*„Dotyczy **Pakiet 6 poz. 3***

Prosimy o dopuszczenie nakłuwaczy nożykowych o szerokości ostrza 1,5 mm i głębokości 1,6 mm.

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 6**, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

Pakiet nr 6 - Nakłuwacz

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
3.	Nakłuwacz jednorazowy z mechanizmem zabezpieczającym igłę przed przypadkowym skałeczeniem; ergonomiczna obudowa w kształcie litery T; aktywator umiejscowiony centrycznie; predefiniowana głębokość nakłucia - 1,5 mm, igła silikonowana, ustawiona centrycznie, z 3-ściennym ostrzem, rozmiar pediatryczny 1.50 mm; opakowanie max 200 szt. Zamawiający dopuszcza nakłuwacze nożykowe o szerokości ostrza 1,5 mm i głębokości penetracji 1,6 mm- pozostałe parametry bez zmian.

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2019-08-16**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **13⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2019-10-14**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Krzysztof Dopierała